Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Koszalinie
75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2
Nr KRS 0000006439 SR w Koszalinie IX Wydz. KRS
Regon 330904973
NIP 669-21-91-946
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Certyfikat Jakości
ISO 9001-2015

Koszalin, dnia 27.05.2020 r.

M-2373-04/2020

Do Oferentów

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw sprzętu i aparatury medycznej stanowiących wyposażenie SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, w poniższych lokalizacjach:
1. Koszalin, ul. Szpitalna 2,
2. Słupsk, ul. Lelewela 58 oraz Al. 3-go Maja 96,
3. Połczyn Zdrój, ul. Plac Wolności 10.

Zamawiający informuje o zmianie załącznika nr 3.1 – w pozycjach oznaczonych jako gwarancyjne (oznaczone kolorem zielonym) – formuły/wyliczenia.

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-04/2020 wpłynęły poniższe zapytania :

PYTANIE NR 1
Z uwagi na sformułowaną w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, wnosimy o wydzielenie do odrębnego zadania pozycji nr 3 i nr 4 lub umożliwienie składania oferty na wybrane pozycje w ramach jednego zadania. Lampy Dermalight do światłolecznictwa nie są tożsame z lampami diagnostycznymi i operacyjnymi umieszczonymi w jednym zadaniu. Przegląd tych urządzeń wymaga przeszkolonego personelu i specjalistycznego sprzętu pomiarowego (promieniowanie UVA i UVB). Wyodrębnienie pozycji 3 oraz 4 do oddzielnego zadania pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie większej liczby konkurencyjnych ofert.
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyodrębni jako zadanie 16A. Zamawiający zamieszcza aktualny Załącznik nr 3.1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyodrębnionym zadaniem 16A.

PYTANIE NR 2
OPZ lit. A pkt 1.1, 1.2
Skoro pod pojęciem „przegląd techniczny" oraz „konserwacja" rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi oraz instrukcja serwisowa danego urządzenia to czy Zamawiający zgodnie z powyższym będzie wymagał odpowiednich kwalifikacji technicznych od inżynierów serwisu w zakresie aparatury będącej przedmiotem przetargu, potwierdzonych aktualnymi certyfikatami odbytych szkoleń organizowanych przez producenta?
Jednocześnie wskazujemy na zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03.
Wyjaśniamy, iż kwestia osób dedykowanych do realizacji zamówienia z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia publicznego jest kwestią kluczową, dlatego też wnosimy o

rozważenie zmodyfikowania warunków udziału w postępowaniu poprzez nałożenie na wykonawców obowiązku posiadania certyfikatów odbytych przez inżynierów szkoleń organizowanych przez producenta.
ODPOWIEDŹ: Nie będzie wymagał.
Czy Zamawiający świadomie narusza zapisy ustawy i nie stosuje się do wytycznych producentów??
ODPOWIEDŹ: Nie będzie wymagał certyfikatów szkolenia organizowanych przez producenta, natomiast będzie wymagał kwalifikacji technicznych potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

PYTANIE NR 3
Dotyczy OPZ lit. A pkt 1.1
Nawiązując do poprzedniego pytania, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dlaczego w przypadku zadania 6,8,12 wymagane jest wykonanie przeglądu przez Wykonawcę posiadającego autoryzację producenta, a w innych przypadkach nie ??
Prosimy aby w/w wymóg obowiązywał również dla pozostałych pakietów z aparaturą radiologiczną. Według Wykonawcy jest to jawne, nierówne traktowanie stron. Wszystkie Aparaty RTG emitują promieniowanie jonizujące, które jest niebezpieczne dla pacjenta i operatora, a w szczególności aparaty śródzabiegowe RTG gdzie operator w trakcie zabiegu jest stale narażony na działanie promieniowania jonizującego.
Dlatego zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych wskazane jest aby Wykonawca dysponował osobami przeszkolonymi przez producenta danego aparatu.
ODPOWIEDŹ: Jest to sprzęt wykorzystywany przy zabiegach operacyjnych, pacjentach wentylowanych oraz w ramach specjalnych programów.
Powyższą odpowiedzią Zamawiający niestety nie wyjaśnia dlaczego w przypadku zadania 6,8,12 i 9B wymagane jest wykonanie przeglądu przez Wykonawcę posiadającego autoryzację producenta, a w innych przypadkach nie.
Uprzejmie informujemy, iż Aparat RTG z ramieniem C jest również wykorzystywany przy zabiegach operacyjnych i pacjentach wentylowanych, dlatego tym bardziej nie rozumiemy różnicowania wymogów dla poszczególnych rodzajów aparatów, tym bardziej, że Zamawiający zmienił wymóg posiadania autoryzacji dla diatermii ERBE!
Jeżeli narażenie na napromieniowanie osób nie stanowi dla Zamawiającego żadnego problemu, to jest to jawne bagatelizowanie zasad bezpieczeństwa pacjentów jak i osób zatrudnionych przez Zamawiającego, zajmujących się obsługą danej aparatury.
ODPOWIEDŹ: Zadanie 2A i 2B zostało włączone do zapisu znajdującego się w załączniku 3 – opis przedmiotu zamówienia, punkt A 1.1.

PYTANIE NR 4
Dotyczy OPZ lit. A pkt 2 lit h)
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy trwającej dłużej niż 10 dni. Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatowanie zastępczego aparatu.
Uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.
W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.

ODPOWIEDŹ: Urządzenie zastępcze tylko w stosunku do sprzętu, który można wymienić.
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź w tej kwestii, ponieważ każde urządzenie można wymienić.
ODPOWIEDŹ: Zapis został wykreślony.

PYTANIE NR 5
PYTANIE NR 42
Dotyczy OPZ lit. B pkt 13
Dotyczy treści umowy w § 5 pkt 9
Czy zgodnie z wymogami producenta Zamawiający będzie wymagał aby Wykonawca dysponował osobami przeszkolonymi przez producenta lub dystrybutora oraz posiadał legalne programy serwisowe, hasła i upgrade oprogramowania?
ODPOWIEDŹ: Nie.

PYTANIE NR 45
Dotyczy OPZ lit. B pkt 17
Skoro zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa, to czy Zamawiający będzie wymagał wykonania upgradu zgodnie z zaleceniami producenta?
ODPOWIEDŹ: Tak.
Odpowiedzi na pytania nr 42 i nr 45 stanowią zaprzeczenie samo w sobie, ponieważ nie można wykonać upgrade bez dysponowania tego typu oprogramowaniem, które musi pochodzić z legalnego źródła.

ODPOWIEDŹ: PYTANIE NR 42 – Pomyłka redakcyjna.
Dotyczy OPZ lit. B pkt 13
Dotyczy treści umowy w § 5 pkt 9
Czy zgodnie z wymogami producenta Zamawiający będzie wymagał aby Wykonawca dysponował osobami przeszkolonymi przez producenta lub dystrybutora oraz posiadał legalne programy serwisowe, hasła i upgrade oprogramowania?
ODPOWIEDŹ: Winno być: Tak.

Elżbieta Czeszewska
……
Dyrektor SP ZOZ MSWiA
w Koszalinie