OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu i aparatury medycznej stanowiących wyposażenie SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, w poniższych lokalizacjach:
1. Koszalin, ul. Szpitalna 2,
2. Słupsk, ul. Lelewela 58 oraz Al. 3-go Maja 96
3. Połczyn Zdrój, ul. Plac Wolności 10

A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw sprzętu i aparatury medycznej stanowiących wyposażenie SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, w poniższych lokalizacjach:
   a) Koszalin, ul. Szpitalna 2,
   b) Słupsk, ul. Lelewela 58,
   c) Połczyn Zdrój, ul. Plac Wolności 10

1.1 Pod pojęciem „przegląd techniczny" rozumie się wykonanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi oraz instrukcja serwisowa danego urządzenia, polegające w szczególności na:

- Sprawdzenie ogólnego stanu sprzętu medycznego;
- Kalibrację urządzeń – jeśli jest wymagana;
- Ustawienie (regulacja) wymaganych przez producentów parametrów;
- Legalizację – jeśli jest wymagana;
- Sprawdzenie parametrów decydujących o bezpiecznej eksploatacji urządzenia wg normy IEC 62353 – jeśli dotyczy;
- W przypadku zadania nr 23 do realizacji zamówienia wymagana jest znajomość oprogramowania serwisowego;
- W przypadku zadania nr 6,8,12 wymagane wykonanie przeglądu przez Wykonawcę posiadającego autoryzację producenta;
- Kontrola sprawności akumulatorów, instalacji, zaworów – jeśli dotyczy określonego sprzętu;
- Określenie czy sprzęt medyczny może być dopuszczony do użytku;
- Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy lub eksploatacji;
- Wskazanie zakresu niezbędnych napraw w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do użytku;
- Dokonanie stosownego wpisu w paszport techniczny (należy bezwzględnie wpisać oprócz informacji o sprawności sprzętu, dokładną datę następnego przeglądu: dzień, miesiąc, rok)
- Wystawienie protokołu, potwierdzonego przez komórkę użytkującą sprzęt, wykonania przeglądu technicznego wraz z dokładną datą następnego przeglądu, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 186)

(zawierającego m.in. informacje o sprawności lub niesprawności urządzenia, termin następnego przeglądu);

1.2 Pod pojęciem „konserwacji" należy rozumieć poprzedzające przegląd techniczny czyszczenie elementów aparatury, urządzeń i systemów wyrobu medycznego, wymianę materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych (np. filtrów, czujników, uszczelek, elektrod, baterii, głowic, bezpieczników itp.) zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatu i instrukcją serwisową, regulację (przywracanie) wymaganych przez producenta parametrów polegających w szczególności na:

- Wymianie części eksploatacyjnych, zestawów serwisowych, wynikających z normalnego użytkowania sprzętu – zgodnie z zaleceniami i harmonogramem producenta.
- Sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń oraz sprawdzenie instalacji, kontroli zaworów (jeśli dotyczy), zmianę zegara systemowego, aktualizację oprogramowania
- W przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT.
- Wystawienie raportu serwisowego potwierdzającego wykonanie prac/usługi zawierającego listę wymienionych części /materiałów eksploatacyjnych potwierdzoną przez komórkę użytkującą serwisowany sprzęt, w którym również winien być zawarty termin kolejnego przeglądu technicznego.

2. W ramach wykonywania usługi Wykonawca zobowiązuje się do:
   a) Dokonywania okresowych przeglądów stanu technicznego i kontroli bezpieczeństwa sprzętu medycznego należącego do Zamawiającego, wykonywania okresowych konserwacji, czyszczenia elementów aparatury i urządzeń, przeprowadzania testów bezpieczeństwa elektrycznego,
   b) Potwierdzania wykonania przeglądu wpisem w paszporcie technicznym urządzenia. Wpis ma zawierać następujące informacje: datę wykonania przeglądu, informacje o stanie technicznym aparatu (aparat jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, aparat niesprawny, aparat dopuszczony warunkowo do użytkowania), pełną datę następnego przeglądu.
   c) Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania prac w raporcie serwisowym, gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej, nazwę aparatu, model, nr seryjny, lokalizację, szczegółowy opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych podczas przeglądu materiałów zużywalnych zalecanych przez producenta przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu, informacje o stanie technicznym aparatu (aparat sprawny, niesprawny, dopuszczony warunkowo do dalszej eksploatacji) oraz datę kolejnego przeglądu technicznego. Kartę Pracy (raport serwisowy) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu.
   d) Wymiany podczas przeglądów okresowych materiałów zużywalnych (uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) zalecanych przez producenta, wykonania niezbędnych regulacji, korekt, kalibracji, legalizacji, aktualizacji oprogramowania, przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu.

e) Natychmiastowego, pisemnego przekazania przedstawicielowi Zamawiającego informacji na temat stwierdzonych usterek lub wad koniecznych do usunięcia. W przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji, o wyłączeniu urządzenia z użytkowania. Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę kasacji środka trwałego.
f) Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia naprawy uszkodzonego sprzętu w terminie nie później niż 24 godzin po uzyskaniu informacji o uszkodzeniu w dni robocze. Wykonawca po wykonaniu diagnostyki zgłoszonej usterki przedłoży Zamawiającemu kalkulację kosztów naprawy lub wymiany części zamiennych na nowe, która po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie stanowić podstawę do dokonania naprawy z głoszonej usterki.
g) Usunięcie usterek zostanie dokonane w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę informacji o akceptacji kosztów naprawy, a w przypadku napraw bardziej skomplikowanych w terminie 14 dni od akceptacji kosztów naprawy.
h) Jeżeli czas naprawy aparatu lub wykonanie usług serwisowych przekroczy 10 dni roboczych liczonych od dnia przekazania informacji o akceptacji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do nieodpłatnej dyspozycji urządzenie zastępcze.
i) Koszt dostarczenia urządzenia o którym mowa w pkt. h pokrywa Wykonawca.
j) Gwarancja na wymienione części zamienne i materiały nie może być krótsza od gwarancji danej przez producenta. Wykonawca zobowiązany jest po naprawie sprzętu medycznego do udzielenia gwarancji. Okres gwarancji winien być wykazany w karcie serwisowej i nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty wykonania naprawy sprzętu medycznego.
k) Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających koszty zakupu części zużytych przy wykonaniu usługi w celu weryfikacji narzutu na części. Narzut na materiały i części zamienne nie może przekroczyć 10%.
l) Umożliwienie stałego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą w celu konsultacji telefonicznych, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

B. <u>WARUNKI REALIZACJI USŁUG</u>

1. Podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, dopuszczających go do użytkowania.
2. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić protokołem (raport serwisowy) zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN. Raport winien zawierać nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorowania i czas jego ważności.
3. Jeżeli w ramach przeglądu obowiązuje legalizacja urządzenia, bądź jego części, Wykonawca zobowiązany jest do jej wykonania i przedstawienia odpowiednich świadectw.
4. Usługi będące przedmiotem zamówienia Wykonawca wykona przy użyciu aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów będących w jego posiadaniu, w miarę

możliwości w siedzibie Zamawiającego (koszt dojazdu należy uwzględnić w składanej ofercie).

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z ustalonym między stronami harmonogramem, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta i ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2020 poz. 186), w czasie ustalonym w porozumieniu ze wskazanym pracownikiem Zamawiającego.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zleconych mu usług według najlepszej posiadanej wiedzy fachowej, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez producentów urządzeń, dozoru technicznego, zasadami obowiązującymi przy wydawaniu orzeczeń technicznych oraz aktualnym poziomem technologicznym tego rodzaju usług.
7. W przypadku urządzeń objętych nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego, Wykonawca odpowiada za właściwie przygotowanie urządzenia i jest obowiązany uczestniczyć w rewizji. Zamawiający odpowiednio wcześniej informuje Wykonawcę o terminie i zakresie rewizji. W przypadku niedopuszczenia aparatu do dalszej eksploatacji w wyniku niewłaściwego przygotowania do rewizji, Wykonawca pokrywa koszty związane z ponownym przeprowadzeniem rewizji.
8. W przypadku sterylizatorów i autoklawów należy sprawdzić: zawór bezpieczeństwa, wszystkie filtry, czujniki i zawory zwrotne, połączenia rurowe, urządzenia do temperatury, sprawdzenie prawidłowości działania programu pod względem czasu i inne.
9. W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu technicznego konieczności wykonania naprawy, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia wykazu części zamiennych wraz z określeniem przewidywanej ilości roboczogodzin niezbędnych do naprawy, przygotowaniem pełnej oferty naprawy i przekazania tych informacji Zamawiającemu.
10. Wykonawca zapewnia, że usługa przeglądów technicznych sprzętu medycznego będzie realizowana przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje lub uprawnienia do ich wykonywania. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za zawinione szkody, wyrządzone podczas przeglądu technicznego aparatury medycznej.
11. Wykonawca gwarantuje ciągłość usług przedmiotu zamówienia przez okres trwania umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
12. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania przy realizacji usługi konserwacji czy naprawy (części zużywalnych) materiałów fabrycznie nowych, oryginałów i dobrej jakości. W sytuacji gdy uzyskanie fabrycznie nowych i/lub oryginalnych materiałów eksploatacyjnych jest niemożliwe, Wykonawca może, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i uzyskaniu jego zgody, wykorzystać używane, zamienne materiały eksploatacyjne.
13. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymaganiami producenta sprzętu, obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami oraz zachowaniem przepisów BHP i p.poż.
14. Wykonawca będzie wykonywał przeglądy w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania ww. czynności w siedzibie Wykonawcy, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie. Koszty transportu aparatu do siedziby Wykonawcy i z powrotem do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Koszty transportu (przesyłek) do siedziby Wykonawcy i z powrotem do siedziby Zamawiającego należy uwzględnić w składanej ofercie.

15. Czynności obsługowe Wykonawca będzie wykonywał za pomocą narzędzi i środków będących w posiadaniu Wykonawcy.
16. Zamawiający wymaga wykonania testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353. (jeśli dotyczy). Koszt wykonania testów winien być wliczony w koszt przeglądu danego sprzętu medycznego.
17. Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa.
18. Aparatura kontrolno-pomiarowa musi posiadać aktualne świadectwa legalizacji lub sprawdzenia.
19. W przypadku stwierdzenia, iż aparat lub urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, Wykonawca zobowiązany będzie do fizycznego jego rozłączenia, uniemożliwiającego ponowne włączenie, umieszczenie na nim odpowiedniej informacji np. „urządzenie niesprawne" lub „urządzenie przeznaczone do naprawy" oraz przekaże niezbędne informacje dotyczące jego naprawy. Jeżeli aparat lub urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego.

C. <u>WYKAZ SPRZĘTU</u>

1. Wykaz sprzętu i aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, wraz ze wskazaniem harmonogramu i liczby okresowych przeglądów w ciągu 1 roku, w poszczególnych lokalizacjach, ujęte zostały w formie tabelarycznej i stanowią załącznik nr 3.1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń podlegających konserwacji i przeglądom technicznym w ramach przeprowadzonych postępowań kasacyjnych i wygaśnięciu gwarancji.

Akceptuję powyższe warunki:

…….
(podpis Wykonawcy)