Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Koszalinie
75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2
Nr KRS 0000006439 SR w Koszalinie IX Wydz. KRS
Regon 330904973
NIP 669-21-91-946
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Certyfikat Jakości
ISO 9001-2015

Koszalin, dnia 09.12.2019 r.

M-2373-13/2019

Do Oferentów

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie.

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że od wykonawców wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE NR 1
Dotyczy: projekt umowy - § 7 pkt. C
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: „c) niedostarczenia w terminie 7 dni dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 w wysokości 2% wartości brutto umowy."
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 2
Dotyczy: formularz ofertowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na usuwanie pakietów z formularzy, w których Wykonawca nie bierze udziału? Pozwoli to na zachowanie czytelności pliku.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 3
Dotyczy: zadanie nr 7 oraz 9
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia próbek na rzecz kart katalogowych produktów? Większość Wykonawców zaopatruje się w część asortymentu, dlatego dołączanie pojedynczych próbek bywa kłopotliwe.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 4
Dotyczy: zadanie nr 7
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu próbek w pozycji 1 na rzecz karty katalogowej z dokładną specyfikacją produktu? Prośba wynika z wysokiej ceny produktu. Zdejmowanie asortymentu ze stanu magazynowego na rzecz pojedynczej próbki stanowi stratę dla firmy.
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 5
Dotyczy: zadanie nr 6
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak należy liczyć wartość netto dla pakietu nr 6: cena jednostkowa netto za 1 sztukę x 2000 czy cena jednostkowa netto opakowania x liczba opakowań oferowanych?
ODPOWIEDŹ – Cena jednostkowa netto za 1 sztukę x 2000.

PYTANIE NR 6
Dotyczy: zadanie nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 10-parametrowych pasków uwzględniających stężenie kreatyniny, pozwalających n automatyczne wyliczanie przez analizator wskaźnika białkowo-kreatyninowego, w miejsce pasków 9-parametrowych do analizy albumin?
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SWIZ.

PYTANIE NR 7
Dotyczy: zadanie nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pełni automatycznego analizatora do oceny parametrów fizyko-chemicznych z wydajnością 225 ozn./godz., w którym pobieranie i dozowanie materiału badanego odbywa się bez udziału pracownika?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 8
Dotyczy: zadanie nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wyposażonego w kolorowy ekran ciekłokrystaliczny?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 9
Dotyczy: zadanie nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu pracy na przystąpienie do naprawy do 48h od momentu zgłoszenia awarii?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 10
Dotyczy: zadanie nr 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pozycji asortymentowej nr 18 „materiały zużywalne” na „usługa serwisowa”, która zostanie odpowiednio wyceniona oraz w ramach której zostaną zapewnione dalej wymienione punkty tj.:
- możliwość zgłaszania awarii przez 5 dni w tygodniu (pn-pt),
- przegląd raz w roku,
- gwarancja na cały okres trwania umowy,
- zapewnienie przez Sprzedającego autoryzowanego serwisu aparatu przez cały czas trwania umowy,
- przystąpienie do awarii do 48h od zgłoszenia?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 11
Dotyczy: zadane nr 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie zewnętrznego programu kontroli jakości Labquality na koszt Dostawcy przez cały okres trwania umowy na wybrane pozycje z oferowanych badań, to jest troponina, borelioza, rubella, d-dimery w ilości 2 razy w roku z możliwością uzyskania certyfikatu?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę na zapewnienie zewnętrznego programu kontroli jakości Labquality na koszt Dostawcy minimum 2 razy w roku na badania wykonywane w ilości większej niż 299 badań w okresie 48 miesięcy.

PYTANIE NR 12
Dotyczy: zadanie nr 10
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia kart charakterystyk odczynników wraz z pierwszą dostawą, jeżeli Wykonawca udostępni Zamawiającemu adres strony internetowej, z której będzie mógł bez ograniczeń korzystać, w celu pobierania samodzielnie dokumentacji merytorycznej?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 13
Dotyczy: zadanie nr 10
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia metodyk, ulotek i kart charakterystyk, jeżeli Wykonawca udostępni Zamawiającemu adres strony internetowej, z której będzie mógł bez ograniczeń korzystać, w celu pobierania samodzielnie dokumentacji merytorycznej?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 14

Dotyczy: zadanie nr 10
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie odczynników w pozycji 10, 11 i 15 z minimalnym terminem ważności 4 miesiące oraz zmodyfikuje zapis projektu umowy w §6 ust. 3? Uzasadnienie: ze względu na skład i komponenty nie można określić terminu ważności odczynników na minimum określone przez Zamawiającego. Wykonawca nie ma prawa gwarantować okresu ważności dłuższego niż zalecany przez producenta.
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. Zapis w umowie zostanie zmieniony przy jej podpisywaniu.

PYTANIE NR 15
Dotyczy: załącznik nr 4a – projekt umowy § 5 ust. 8
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umowy na „faktura za dostarczony asortyment musi być opisana numerem realizowanej umowy lub numerem zamówienia”?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 16
Dotyczy: załącznik nr 4a – projekt umowy § 6 ust. 2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 10 dni?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 17
Dotyczy: załącznik nr 4a – projekt umowy § 6 ust. 2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego poprzez enumeratywne wyliczanie rodzaju dokumentów wymaganych przez Zamawiającego?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 18
Dotyczy: załącznik nr 4a – projekt umowy § 6 ust. 7
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Reklamacja asortymentu wadliwego będzie składana pisemnie lub drogą elektroniczną”?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 19
Dotyczy: załącznik nr 4a – projekt umowy § 6 ust. 9
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zobligowany jest do dokonywania wymiany wadliwego wyroby na zgodny z zamówieniem i wolny od wad lub też pisemnej odmowy uznania reklamacji w terminie 5 dni roboczych od daty jej uznania. Brak pisemnej odmowy uznania reklamacji w tym terminie jest uważany za uznanie reklamacji przez Wykonawcę.”?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 20
Dotyczy: załącznik nr 4a – projekt umowy § 6 ust. 10
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić asortyment wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji.”?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 21
Dotyczy: załącznik nr 4a – projekt umowy § 7 ust. 1 lit. a tiret 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,2% wartości asortymentu niedostarczonego w terminie za każdy dzień nieterminowego dostarczenia?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 22
Dotyczy: załącznik nr 4a – projekt umowy § 7 ust. 1 lit. b
Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 23
Dotyczy: załącznik nr 4a – projekt umowy § 7 ust. 1 lit. c
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „niedostarczenia w terminie 7 dni dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 w wysokości 500 zł”? Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację postanowienia umownego w taki sposób, aby podstawę naliczania kary umownej stanowiła ryczałtowo określona kwota, a nie jak dotychczas wartość brutto całego kontraktu. W ocenie Wykonawcy tak wskazana kara jest rażąco wygórowaną. Zakładając przykładowo, że wartość kontraktu wyniesie 300 tys. zł, wówczas kara za dwa dni opóźnienia w dostarczeniu dokumentów wyniosłaby 15 000,00 zł.
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 24
Dotyczy: załącznik nr 4a – projekt umowy § 7 ust. 1 lit. c
Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 2 %?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 25
Dotyczy: załącznik nr 3, zadanie nr 3, pkt. 4
Prosimy o informację, czy przypadku podania pasków testowych umożliwiających wykonanie badań w kierunku mikroalbuminurii, Zamawiający oczekuje, że analizator automatycznie rozpozna typ paska, na podstawie pola identyfikacyjnego umieszczonego na pasku, bez konieczności wprowadzania informacji przez operatora?
ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 26
Dotyczy: załącznik nr 3, zadanie nr 3, pkt. 8
Czy Zamawiający oczekuje, że celem uniknięcia ryzyka wydania wyniku z paska poddanego działaniu wilgoci, analizator winien monitorować takie ryzyko poprzez analizę pól testowych paska i blokować wykonanie badania w przypadku jego wykrycia?
ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 27
Dotyczy: załącznik nr 3, zadanie nr 11, pkt. 1
Czy Zamawiający dopuści ofertę, gdzie kalibratory, kontrole i odczynniki, materiały zużywalne i eksploatacyjnej stanowią jednolity system analityczny, jednakże pochodzą od dwóch ściśle współpracujących ze sobą producentów?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zagwarantowania autoryzowanego serwisu.

PYTANIE NR 28
Dotyczy: zadanie nr 11
Czy Zamawiający wymaga do oznaczania fibrynogenu zastosowania odczynnika metodą Clauss’a bez wstępnego rozcieńczania osocza, zakres pomiarowy przy pierwszym oznaczeniu od 110 do 800 mg/dl?
ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 29
Dotyczy: zadanie nr 11
Czy Zamawiający wymaga do oznaczania PT tromboplastyny ludzkiej nierekombinowanej (pochodzenia łożyskowego) o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1)?
ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 30
Dotyczy: parametry podlagające ocenie, zadanie nr 11, pkt. 3

Czy Zamawiający miał na uwadze odnośnie zasady detekcji: koagulacyjna z optyczną detekcją skrzeu, chromogenna i immunologiczna?
ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 31
Dotyczy: zadanie nr 4, pkt. 5
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie pozycji 5 z zadania zbiorczego nr 4 i utworzenie z niej odrębnego zadania. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia wskazuje preferencje dla konkretnego Wykonawcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w zadaniu zbiorczym nr 4, uniemożliwiający składanie ofert pozostałym Wykonawcom, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego Wykonawcy przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę – patrz zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ.

PYTANIE NR 32
Dotyczy: zadanie nr 12
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie zasadności kolumny o nazwie: „Ilość oznaczeń z 1 opakowania" w tabeli asortymentowo-cenowej w zadaniu nr 12, gdyż nie ma możliwości podania ilości oznaczeń np. w asortymencie z poz. 12 – stazy jednorazowe.
ODPOWIEDŹ – Zamawiający usunie kolumnę – patrz zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ.

PYTANIE NR 33
Dotyczy: załącznik nr 4 – projekt umowy § 2 ust. 1 oraz 2
Uprzejmie prosimy od modyfikację zapisu poprzez dodanie „odczynników chemicznych/hematologicznych".
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę - patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ..

PYTANIE NR 34
Dotyczy: załącznik nr 4 – projekt umowy § 4
Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:
„Niedokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii towaru, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 45 dni"
W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC, gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę - patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.

PYTANIE NR 35
Dotyczy: załącznik nr 4 – projekt umowy § 4 ust. 1
Prosimy o doprecyzowanie czy osoba wskazana do kontaktów w sprawie przedmiotu zamówienia jest osobą odpowiedzialną za składanie zamówień. Czy zamówienia podpisane/zatwierdzone wyłącznie przez tą osobę mają być realizowane? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kilku osób w celu uniknięcia sytuacji braku realizacji (wstrzymania) zamówienia z powodu nieobecności przedstawiciela Zamawiającego i podpisania zamówienia przez inną osobę.
ODPOWIEDŹ – Jedynie osoba wskazana w umowie, będzie uprawniona do składania zamówień.

PYTANIE NR 36
Dotyczy: załącznik nr 4 – projekt umowy § 5 ust. 4 pkt. a)
Prosimy o uzupełnienie zapisu w § 5 ust. 4 pkt. a) poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
„W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają niezmienione. Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu."
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę - patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.

PYTANIE NR 37
Dotyczy: załącznik nr 4 – projekt umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w zakresie zadania nr 2 termin ważności odczynników do badań hematologicznych wynosił co najmniej 5 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie www …….. pl? Jeżeli tak, prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia umowy. Odczynniki do analizatorów hematologicznych najnowszej technologii są odczynnikami specjalistycznymi, które nie posiadają aż tak długich okresów ważności jak wymaga Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zamawiał będzie odczynniki partiami, co gwarantuje nawet przy ważności odczynników min. 5 miesięcy, że odczynniki zawsze będą miały długi okres ważności. Krew kontrolna jest natomiast materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew.
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę, - patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.

PYTANIE NR 38
Dotyczy: załącznik nr 4 – projekt umowy § 7 pkt. a) tiret 1, 4 i 5
Uprzejmie prosimy o dookreślenie ww. zapisów poprzez dodanie:
„za każdy dzień nieterminowego dostarczenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy". Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokości kary – nie zależy to od jego należytej staranności.
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 39
Dotyczy: załącznik nr 4 – projekt umowy § 8 ust. 1
Uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu poprzez dodanie „badań immonochemicznych/hematologicznych". Zadanie nr 2 dotyczy wykonywania badań hematologicznych
ODPOWIEDŹ – Załącznik nr 4 (projekt umowy) jest wspólny do kilku zadań. Doprecyzowanie rodzaju badań nastąpi w momencie podpisywania umowy na dane zadanie.

PYTANIE NR 40
Dotyczy: zadanie nr 2, załącznik nr 4 – projekt umowy § 8 ust. 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie maksymalnego czasu niesprawności analizatora poprzez dodanie zapisu „w dni robocze"?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę - patrz zmodyfikowany załącznik nr 3 oraz 4 do SIWZ.

PYTANIE NR 41
Dotyczy: załącznik nr 4 – projekt umowy § 8 ust. 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 300 zł do 100 zł?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 42
Dotyczy: załącznik nr 4 – projekt umowy
Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie strony, prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta.
ODPOWIEDŹ – Zamawiający przy podpisywaniu umów dołączy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

PYTANIE NR 43
Dotyczy: SIWZ, dział VII, ust. 8 pkt d)
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, przedstawił informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną n podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym?
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomił w dniu 28 czerwca 2012 roku internetową usługę pozwalającą na pobranie wydruku komputerowego

aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Wydruki te mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydanych przez Centralną Informację.
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 44
Dotyczy: zadanie nr 1, załącznik nr 3 (tabela parametrów technicznych), poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty jedynie Deklaracji Zgodności producenta potwierdzającej spełnienie wymagań zasadniczych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro bez certyfikatu CE?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 45
Dotyczy: zadanie nr 1, załącznik nr 3 (tabela parametrów technicznych), poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na posiadanie przez oferenta wdrożonego, ale nie certyfikowanego systemu zapewnienia jakości?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 46
Dotyczy: zadanie nr 2, załącznik nr 3 (tabela parametrów technicznych), poz. 8
Czy Zamawiający dopuści analizator z następującym zakresem liniowości: RBC min do 8 x109/L, WBC min 0-99x1012/L, PLT min 0 do 1 x109/L, HGB do 25 g/l?
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 47
Dotyczy: zadanie nr 3, załącznik nr 3 (tabela parametrów technicznych), poz. 5
Czy Zamawiający dopuści analizator o wydajności 514 oznaczeń z manualnym podawaniem pasków na podajnik?
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 48
Dotyczy: zadanie nr 3, załącznik nr 3 (tabela parametrów technicznych), poz. 6
Czy Zamawiający dopuści analizator bez tworzenia w aparacie raportów wyników wynikających weryfikacji?
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 49
Dotyczy: zadanie nr 12, poz. 10
Zważywszy na fakt, iż producent zmienił wielkość opakowania igieł motylkowych ze 100 sztuk na 120 sztuk, wracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie wymaganej ilości. Uwzględnienie minimalnej ilości 120 szt. zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji umowy.
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę na 1800 szt. na 48 miesięcy.

PYTANIE NR 50
Dotyczy: zadanie nr 12, parametry wymagane, pkt. 3
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zawężenie wymogu pochodzenia asortymentu od jednego producenta do elementów systemu zamkniętego pobierania krwi, czyli od poz. 1 do poz. 10 i poz. 13. Wymóg jednego producenta jest bardzo ważny jedynie w przypadku elementów systemu zamkniętego pobierania krwi, gdyż gwarantuje jego pełną kompatybilność, co ma wpływ na bezpieczeństwo personelu pobierającego.
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 51
Dotyczy: SIWZ, dział VII, pkt. 11
Zważywszy na fakt, iż postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie złożenia dokumentów z podpisem elektronicznym, który jednocześnie poświadcza za zgodność z oryginałem składane dokumenty.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 52
Dotyczy: SIWZ, dział XII, pkt. 1.10
Zważywszy na fakt, iż postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej, zwracamy się z prośbą o wykreślenie punktu 1.10 z działu XII SIWZ.
ODPOWIEDŹ – Omyłka pisarska, Zamawiający nie będzie wymagała spełnienia tego wymogu.

PYTANIE NR 53
Dotyczy: projekt umowy § 4 ust. 5
Prosimy o modyfikację § 4 ust. 5 i dopisanie: „(…) pokrywa Wykonawca, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto."
Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę - patrz zmodyfikowany załącznik nr 4a do SIWZ.

PYTANIE NR 54
Dotyczy: projekt umowy § 7
Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o modyfikację zapisów § 6.1.1 i 6.1.2 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 55
Dotyczy: zadanie nr 3
Czy dopuszczają Państwo analizator bez możliwości podania wskaźnika białkowo-kreatyninowego i spełniający pozostałe wymagania?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 56
Dotyczy: zadanie nr 3
Czy dopuszczają Państwo analizator bez możliwości tworzenia w aparacie wyników wymagających weryfikacji, sokor wyniki będą opisywane i weryfikowane w systemie ATD-Software?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 57
Dotyczy: zadanie nr 3
Czy dopuszczają Państwo paski do oznaczania albuminy 11parametrowe?.
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 58
Dotyczy: zadanie nr 1
Prosimy o modyfikację opisu w kolumnie „Wielkość opakowania jednostkowego (ml)" poprzez wykreślenie „ml". Wykonawca oferuje opakowania odczynników, których wielkość określona jest przez maksymalną liczbę oznaczeń, które można z nich wykonać.
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę - patrz zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ.

PYTANIE NR 59
Dotyczy: zadanie nr 1
Prosimy o ujednolicenie opisu w kolumnie „jednostka miary" poprzez wpisanie w każdym wierszu „op." (dotyczy poz. 1-34).
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę - patrz zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ.

PYTANIE NR 60

Dotyczy: zadanie nr 1, wymagane parametry techniczne dla analizatora biochemicznego, pkt. 1
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora pracującego w oparciu o bezobsługowe elektordy (Na, K, Cl, Li, Ref), wymieniane pojedynczo w zależności od zużycia?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wymaga.

PYTANIE NR 61
Dotyczy: zadanie nr 1, wymagane parametry techniczne dla analizatora biochemicznego, pkt. 4
Czy Zamawiający dopuści aparat, który jest systemem częściowo otwartym?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 62
Dotyczy: zadanie nr 1, wymagane parametry techniczne dla analizatora biochemicznego, pkt. 9
Czy przez wymóg „Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora" Zamawiający wymaga takiego systemu chłodzenia w stałej temperaturze, który jest zgody z wymogami producenta i który opisany jest w instrukcji obsługi, co gwarantuje stabilność tych materiałów zgodnie z rekomendacjami producenta?
ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 63
Dotyczy: zadanie nr 1, wymagane parametry techniczne dla analizatora biochemicznego
Czy Zamawiający wymaga, aby analizator umożliwiał automatyczne udrażnianie igły pobierającej po zaaspirowaniu skrzepu?
ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 64
Dotyczy: zadanie nr 1, wymagane parametry techniczne dla analizatora biochemicznego, pkt. 8
Czy Zamawiający wymaga również możliwości ciągłego podawania/uzupełniania odczynników w trakcie pracy, bez konieczności wprowadzania analizatora w odpowiedni tryb (stan Standby lub Stop)?
ODPOWIEDŹ – Tak.

PYTANIE NR 65
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin obowiązywania umowy wynosił 44 miesiące?
Uzasadnienie: Dłuższy termin trwania umowy niż 44 miesiące narazi Zamawiającego na konieczność amortyzowania przedmiotu umowy, a tym samym zwiększy po jego stronie koszty kontraktu.
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 66
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 4 ust. 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy"?.
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 67
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 5 ust. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 68
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 6 ust. 9-10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin wymiany lub uzupełnienia braków wynosił 5 dni?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 69
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 7 lit. a) tiret 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „dzień nieterminowego dostarczenia” na „dzień zwłoki”?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 70
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 7 ust. 1 lit. a) tirert 2-3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? Kary umowne z tego tytułu zostały opisane w § 7 ust. 1 lit. a) tiret 4-5.
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 71
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 7 ust. 1 lit. a) tirert 4-5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „dzień nieterminowego dostarczenia” na „dzień zwłoki”?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 72
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 7 ust. 1 lit. b)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „z przyczyn zależnych od Wykoanwcy” na „przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 73
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 7 ust. 1 lit. c)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 74
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 8 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 75
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 8 ust. 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „godzin” na „godzin w dni robocze”?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 76
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 8 ust. 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 100 zł?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 77
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 8 ust. 12
Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „dzień nieterminowego dostarczenia” na „dzień zwłoki”?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 78
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 11
Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby w Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający przy podpisywaniu umów dołączy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

PYTANIE NR 79
Dotyczy: zadanie nr 4
Prosimy o wyłączenie pozycji 2-4, 6, 8-10 z zadania 4 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w zadaniu 4, uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne (kasetkowe), lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP:
1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;
2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;
3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części): „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE NR 80
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 81
Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na podawanie ceny brutto/netto za opakowanie?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 82
Dotyczy: załącznik nr 4a projekt umowy, § 5 ust. 4a
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie sformułowania: „w takim przypadku ceny netto pozostaną stałe, zmianie ulegnie cena brutto. Zmiany wejdą w życie wraz z dniem obowiązywania nowych przepisów”?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę - patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ

PYTANIE NR 83
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 7 ust. 1b
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „5% niezrealizowanej wartości umowy brutto”? Z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy.
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 84
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 7 ust. 1c
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „0,2% niezrealizowanej wartości brutto umowy”? Z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy.
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 85
Dotyczy: załącznik nr 4 projekt umowy, § 7 ust. 6a
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „minimum trzy razy przekroczył termin realizacji zamówienia określony w §4 ust. 3” na „minimum trzy razy przekroczył termin realizacji zamówienia określony w §4 ust. 3 w przeciągu jednego kwartału”?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 86
Dotyczy: zadanie nr 7, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki bez pola do opisu, ale w zestawie z nalepkami samoprzylepnymi o wym. 40x20 mm lub 55x22 mm (probówki z korkami + osobno nalepki)?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 87
Dotyczy: zadanie nr 7, poz. 8
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szkiełka szlifowane o wymiarach 75 x 25 x 1 mm zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO8037-1?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 88
Dotyczy: zadanie nr 7, poz. 4
Czy Zamawiający zaakceptuje probówki o określonej przez producenta pojemności 10 ml o wymiarach takich samych jak w SIWZ tj. Ø 16 x 100 mm”?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 89
Dotyczy: zadanie nr 7, poz. 6
Czy Zamawiający zaakceptuje probówki z etykietą, spełniające pozostałe warunki SIWZ?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 90
Dotyczy: zadanie nr 7, poz. 6
Czy Zamawiający zaakceptuje probówki z etykietą załączoną osobno, spełniające pozostałe warunki SIWZ? W przypadku odpowiedzi pozytywnej czy można podać cenę jedn. i wartości osobno dla probówek, osobno dla korków oraz osobno dla etykiet (etykiety mają inną stawkę VAT niż probówki i korki).
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 91
Dotyczy: zadanie nr 9, poz. 1
Czy Zamawiający zaakceptuje końcówki typu Eppendorf o pojemności 5-200 µl?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 92
Dotyczy: zadanie nr 9, poz. 2
Czy Zamawiający zaakceptuje końcówki typu Eppendorf o pojemności 100-1000 µl??
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 93
Dotyczy: SIWZ, dział VII ust. 4.2 (zadanie nr 2)
Czy zamiast certyfikatu IVD Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie Deklaracji Zgodności potwierdzającej spełnienie wymagań zasadniczych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (IVD)?
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 94
Dotyczy: zadanie nr 2
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie krwi kontrolnej policzonej w ilościach uwzględniających ważność folki na opakowaniu. Umożliwi to zamawiającemu oszczędność materiału kontrolnego z zachowaniem najwyższej jakości
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 93
Dotyczy: zadanie nr 2, pkt. 25
Czy Zamawiający wyrazi zgodę by przestąpienie do naprawy awarii nastąpiło w ciągu 24 godzin w dni robocze, jeżeli niemożliwe jest usunięcie awarii w sposób zdalny.
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.

Elżbieta Czeszewska
…….
Dyrektor SP ZOZ MSWiA
w Koszalinie