



Certyfikat Jakości  
ISO 9001-2015

# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Nr KRS 000006439 SR w Koszalinie IX Wyzd. KRS

Regon 330904973

NIP 669-21-91-946

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Koszalin, dnia 13.10.2020 r.

M-2373-20-11/2020

## Do Oferentów

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2”.

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-20/2020 wpłynęły poniższe zapytania:

### Pytanie 98

Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator w trybie AED był wyposażony w algorytm wykrywający ruch pacjenta?

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza defibrylator w trybie AED wyposażony w algorytm wykrywający ruch pacjenta**

### Pytanie 99

Dotyczy zadania 9, pkt 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości defibrylator posiadający energię defibrylacji w zakresie 2-360J w trybie ręcznym.

**Odpowiedź – Tak**

### Pytanie 100

Czy w pkt.13.: „Dokładność saturacji 70-100% ,SpCO: ± 3 cyfry”, nie doszło do omyłki pisarskiej i winien być zapis SpO<sub>2</sub>.

**Odpowiedź – omyłka pisarska, opis zmieniony**

### Pytanie 101

Dotyczy zadania 9, pkt23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości defibrylator posiadający okres refrakcji 180 do 280 ms (funkcja częstości).

**Odpowiedź - Tak, opis zmieniony**

### Pytanie 102

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dwóch urządzeń, na co wskazuje pkt.7.:” Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej”. Według opisu przedmiotu zamówienia wymagane dostarczenie obejmować będzie osobno defibrylator oraz urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

**Odpowiedź – Nie– omyłka pisarska, opis zmieniony**

### Pytanie 103

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia samego defibrylatora, a pkt.7. wskazuje na omyłkę pisarską.

**Odpowiedź - Tak. Pkt 7 – omyłka pisarska**

Elżbieta Czeszewska

.....  
Dyrektor  
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie