



Certyfikat Jakości
ISO 9001-2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Nr KRS 000006439 SR w Koszalinie IX Wydz. KRS

Regon 330904973

NIP 669-21-91-946

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Koszalin, dnia 13.10.2020 r.

M-2373-20-15/2020

Do Oferentów

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2”.

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-20/2020 wpłynęły poniższe zapytania:

Pytanie 137

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty: - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w/w oświadczenie zostało złożone w ciągu 3 dni od otwarcia ofert oraz opublikowania informacji z otwarcia ofert przez Zamawiającego?

Odpowiedź – Tak, zmiana zapisów w SIWZ

Pytanie 138

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty: - załącznik nr 8 Zgodnie z informacją w dziale V pkt. 1 ppkt. 2 Zamawiający oczekuje przedstawienia oświadczenia o rocznym obrocie wykonawcy (...) lub informacji z banku lub SKO potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych.

Czy w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi informację z banku lub SKO, jest również zobowiązany do składania oświadczenia nr 8?

Odpowiedź – W przypadku wymaganych dokumentów nie ma potrzeby składania oświadczenia.

Pytanie 139

Zgodnie z informacją w dziale VII pkt. 4 Zamawiający oczekuje potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej na wezwanie.

W dziale VII pkt. 1 dokumenty te są wymienione jako składane wraz z ofertą. Czy zatem Zamawiający oczekuje dostarczenia w/w dokumentów z ofertą czy na wezwanie?

Odpowiedź – Zamawiający oczekuje dostarczenie w/w dokumentów na wezwanie.

Pytanie 140

Dotyczy wzoru umowy par. 5 pkt. 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu na:

Okresowe przeglądy techniczne z niezbędnymi testami w cenie dostawy – częstotliwość zgodnie z zaleceniami producenta (wliczając test w ostatnim miesiącu gwarancji). W przypadku określonych urządzeń medycznych producenci zalecają przeglądy rzadziej niż raz w roku.

Odpowiedź – Tak, zapis zmieniony

Pytanie 141

Dotyczy wzór umowy § 5 pkt. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przystąpienia do naprawy na: w przeciągu 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź – Tak, zapis zmieniony

Pytanie 142

Dotyczy wzór umowy § 5 pkt. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację czasu naprawy do 3 dni jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzania części zamiennych z zagranicy i do 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność?

Odpowiedź – Tak, zapis zmieniony

Pytanie 143

Dotyczy wzoru umowy § 6 pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana.

Odpowiedź - Tak, zapis zmieniony

Pytanie 144

Dotyczy wzoru umowy § 6 pkt. 2,3,4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli zobowiązania z tyt. gwarancji i rękojmi czy innych obowiązków określonych w umowie będą w zdecydowanej mierze zrealizowane (a zwłoka będzie dot. jednego urządzenia).

Odpowiedź- Tak, zapis zmieniony

Pytanie 145

Dotyczy wzoru umowy §6 pkt. 1-3

Proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”.

Odpowiedź - Tak, zapis zmieniony

Pytanie 146

Dotyczy wzoru umowy § 6

Proponujemy wprowadzenie zapisu o następującej treści:

„Maksymalny limit kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, wynosi 10% wartości wynagrodzenia brutto umowy.

Odpowiedź- zgodnie z SIWZ

Pytanie 147

Dotyczy wzoru umowy

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, , proponujemy dodatkowo Paragrafu o treści:

1. *Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.*

Odpowiedź

2. *Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.*

Odpowiedź- zgodnie z SIWZ

3. *W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę*

o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

Odpowiedź- zgodnie z SIWZ

Pytanie 148

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – wymóg „wszystkie wymienione materiały zużywalne w okresie gwarancji fabrycznie nowe”

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Odpowiedź – Tak, zamawiający potwierdza

Pytanie 149

Dotyczy zadania 12 - Kardiomonitor Pkt 4

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze 4 kg bez baterii?

Odpowiedź – Tak, opis zmieniony

Pytanie 150

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 9

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie 10 poziomów?

Odpowiedź – Tak, opis zmieniony

Pytanie 151

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 10

Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta z trendami tabelarycznymi i graficznymi mierzonych parametrów – 168 godzin z rozdzielczością 1 min dla skali czasu do 2 godzin oraz odpowiednio mniejszą dla większej skali czasu w celu zapewnienia łatwego odczytu, wyposażony w pamięć 36 godzin Full Disclosure dla: wszystkich krzywych EKG, SpO2, Oddechu i 2x IBP?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 152

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 11

Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w pamięć 200 zdarzeń alarmowych zawierających wartość parametru, który wywołał alarm oraz odcinki 3 krzywych dynamicznych trwające ok. 14 sekund?

Odpowiedź – Tak, opis zmieniony

Pytanie 153

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 14

Czy Zamawiający dopuści zakres HR 30-300 bpm?

Odpowiedź – Tak, opis zmieniony

Pytanie 154

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 17

Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru HR +/- 5 bpm?

Odpowiedź- Tak, opis zmieniony

Pytanie 155

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 18

Czy Zamawiający dopuści prędkości kreślenia 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 156

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 21

Czy Zamawiający dopuści realizację tego wymogu przez możliwość regulacji rozmiaru krzywej EKG w zakresie: x0,5, x1, x2 i x4?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 157

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 22

Czy Zamawiający dopuści analizę odcinka ST w zakresie +/- 0,9 mV i jednoczesną prezentację odchylenia w 4 odprowadzeniach?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 158

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 23

Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi punktu 24 monitor wyposażony w filtr krzywych EKG o trybach pracy: Monitorowanie, Pośredni, Diagnostyczny i ST?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 159

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 24

Czy Zamawiający dopuści analizę zaburzeń rytmu z rozpoznaniem 16 zaburzeń?

Odpowiedź- Tak, opis zmieniony

Pytanie 160

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 26

Czy Zamawiający dopuści pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie 4-120 odd./min?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 161

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 27

Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru +/- 5 oddechów?

Odpowiedź- Tak, opis zmieniony

Pytanie 162

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści monitor bez tej funkcji?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 163

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt. 29

Czy Zamawiający dopuści szybkość przesuwu krzywej oddechowej regulowaną w zakresie: 0,625; 6,25 i 12,5 mm/s?

Odpowiedź- Tak, opis zmieniony

Pytanie 164

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 30

Czy spełni wymogi Zamawiającego monitor umożliwiający zmianę rozmiaru krzywej oddechowej w zakresie od 0 do 1 ze skokiem co 0,1?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 165

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 31

Czy Zamawiający dopuści monitor umożliwiający pośrednią regulację alarmu bezdechu poprzez regulację dolnej granic alarmu częstości oddechu od 4 w górę?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 166

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 32

Czy zamawiający dopuści monitor, który zamiast liczbowego wskaźnika perfuzji prezentuje wskaźnik siły sygnału?

Odpowiedź- Tak, opis zmieniony

Pytanie 167

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 33

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy saturacji 1-100%?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 168

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 34

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy pulsu min. 30-240 bpm?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 169

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 36

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 170

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 37

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 171

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 39

Czy Zamawiając dopuści prezentację wskaźnika w polu parametru SpO2, znajdującym się obok krzywej pletyzmograficznej?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 172

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 42

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez prezentacji pulsu monitorowanego za pośrednictwem mankietu do NIBP?

Odpowiedź - Tak

Pytanie 173

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 43

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, dla którego producent nie podaje dokładności pomiaru NIBP, ale określił, że pomiary ciśnienia w mankiecie są równoznaczne z pomiarami metodą wewnątrztnętniczą w zakresie zaleconym przez normę?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 174

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 45

Czy Zamawiający dopuści zakres programowania interwałów w trybie Auto 1-120 minut?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 175

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 46

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 176

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 48

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji, z możliwością weryfikacji historycznych wyników pomiarów NIBP w pamięci trendów?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 177

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 49

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 178

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 50

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy temperatury 10-450C?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 179

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 57

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością akceptowania bieżących stanów alarmowych, czasowego wyciszenia wszystkich alarmów na 2 minuty oraz wyciszenia ich bez limitu czasowego, z możliwością indywidualnego wyłączenia poszczególnych alarmów?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 180

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 58

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością regulacji alarmów monitorowanych parametrów: ustawienia górnych i dolnych granic alarmowych dla większości monitorowanych parametrów i ustawiania pojedynczych granic alarmowych dla niektórych parametrów, jak np. liczba PVC, SVC, itp., w którym poszczególne granice alarmowe regulowane są w menu konfiguracji odpowiednich parametrów, a dodatkowo istnieje możliwość automatycznego dostosowania granic dla wszystkich parametrów z poziomu jednego menu?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 181

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 61

Czy Zamawiający dopuści monitor bez wbudowanego systemu zarządzania danymi pacjenta umożliwiającego zapis oraz eksport danych min. 15 monitorowanych pacjentów?

Odpowiedź - Tak

Pytanie 182

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 62

Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością wprowadzania danych pacjenta za pomocą alfanumerycznej klawiatury ekranowej tam gdzie jest to potrzebne (imię, nazwisko, numer ID), a tam gdzie to wygodniejsze (wzrost, waga, wiek) wprowadzanie tych danych z wykorzystaniem kursorów góra/dół lub z wykorzystaniem pokrętła, bez możliwości wprowadzenia płci i grupy krwi?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 183

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 63

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji, z możliwością wyłączania wybranych pomiarów, np. impedancyjnego pomiaru oddechu lub pomiaru CO2?

Odpowiedź - Tak

Pytanie 184

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 64 i 65

Czy Zamawiający dopuści monitor bez tej funkcji?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 185

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 70

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w 2 widoki: standardowy z układem krzywych dynamicznych wraz z odpowiadającymi im parametrami liczbowymi i dodatkowymi parametrami u dołu ekranu, a także widok dużych znaków, z możliwością wyświetlania trendów z ostatnich 20 min, 1 godz., 2 godz., 4 godz., 6 godz., 8 godz. i więcej oraz OxyCRG w dodatkowych zakładkach ekranowych, bez funkcji podglądu danych z innych łóżek, bez trybu listy, widoku 7-EKG oraz 7-EKG i dodatkowych krzywych?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 186

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 71

Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 187

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 72

Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 188

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 73

Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w programowany tryb nocny bez możliwości regulacji głośności przycisków (naciśnięcie przycisków zawsze jest bezgłośnie), za to z możliwością regulacji głośności dźwiękowego sygnału zakończenia pomiaru NIBP?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 189

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 77

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, który po rozbudowie o dedykowane oprogramowanie serwerowe umożliwi zwalidowanym użytkownikom podgląd danych z kardiomonitorów na ekranie komputerów podłączonych do sieci szpitalnej?

Odpowiedź - Tak

Pytanie 190

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 78

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w porty USB służące do podłączania eksportu logów serwisowych i przenoszenia konfiguracji pomiędzy stanowiskami?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 191

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 82

Czy spełni wymogi Zamawiającego kardiomonitor wyposażony w ramę na zaawansowane moduły rozszerzeń, umożliwiającą podłączenie m.in. modułu do pomiaru CO2?

Odpowiedź – zgodnie z SIWZ

Pytanie 192

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 83

Czy spełni wymogi Zamawiającego monitor z możliwością wydruku danych na drukarce A4 za pośrednictwem centrali, z możliwością rozbudowy o rejestrator termiczny umożliwiający bezpośredni wydruk danych z monitora?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 193

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 85

Czy Zamawiający dopuści inwazyjny pomiar ciśnienia w zakresie -40 do 320 mmHg?

Odpowiedź- Tak, opis zmieniony

Pytanie 194

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 85

Czy Zamawiający dopuści etykiety: Art ;ABP ;PA ;CVP ;LAP ;RAP ;ICP ;RVP ;UAC ;UVC ; IBP1, IBP2, IBP4 (nieokreślone etykiety kanałów) bez możliwości programowania zakresów pomiarowych?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 195

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 85

Czy Zamawiający dopuści brak pomiaru PPV i SPV?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 196

Dotyczy zadania 12 – Kardiomonitor Pkt 87

Czy Zamawiający dopuści mankiety w rozmiarach :

Dla dorosłych -mały – 17-25 cm

Dla dorosłych – 23-33 cm

Dla dorosłych duży – 31-40 cm?

Odpowiedź- Tak, opis zmieniony

Pytanie 197

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 4

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze 4 kg bez baterii?

Odpowiedź- Tak, opis zmieniony

Pytanie 198

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 9

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie 10 poziomów?

Odpowiedź- Tak, opis zmieniony

Pytanie 199

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 10

Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta z trendami tabelarycznymi i graficznymi mierzonych parametrów – 168 godzin z rozdzielczością 1 min dla skali czasu do 2 godzin oraz odpowiednio mniejszą dla większej skali czasu w celu zapewnienia łatwego odczytu, wyposażony w pamięć 36 godzin Full Disclosure dla: wszystkich krzywych EKG, SpO₂, Oddechu i 2x IBP?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 200

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 11

Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w pamięć 200 zdarzeń alarmowych zawierających wartość parametru, który wywołał alarm oraz odcinki 3 krzywych dynamicznych trwające ok. 14 sekund?

Odpowiedź- Tak, opis zmieniony

Pytanie 201

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 14

Czy Zamawiający dopuści zakres HR 30-300 bpm?

Odpowiedź- Tak, opis zmieniony

Pytanie 202

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 17

Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru HR +/- 5 bpm?

Odpowiedź- Tak, opis zmieniony

Pytanie 203

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 18

Czy Zamawiający dopuści prędkości kreślenia 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s?

Odpowiedź- Tak, opis zmieniony

Pytanie 204

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 21

Czy Zamawiający dopuści realizację tego wymogu przez możliwość regulacji rozmiaru krzywej EKG w zakresie: x0,5, x1, x2 i x4?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 205

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 22

Czy Zamawiający dopuści analizę odcinka ST w zakresie +/-0,9 mV i jednoczesną prezentację odchylenia w 4 odprowadzeniach?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 206

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 23

Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi punktu 24 monitor wyposażony w filtr krzywych EKG o trybach pracy: Monitorowanie, Pośredni, Diagnostyczny i ST?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 207

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 24

Czy Zamawiający dopuści analizę zaburzeń rytmu z rozpoznaniem 16 zaburzeń?

Odpowiedź- Tak, opis zmieniony

Pytanie 208

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 26

Czy Zamawiający dopuści pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie 4-120 odd./min.

Odpowiedź- Tak

Pytanie 209

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 27

Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru +/- 5 oddechów?

Odpowiedź- Tak, opis zmieniony

Pytanie 210

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści monitor bez tej funkcji?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 211

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt. 29

Czy Zamawiający dopuści szybkość przesuwu krzywej oddechowej regulowaną w zakresie: 0,625; 6,25 i 12,5 mm/s?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 212

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 30

Czy spełni wymogi Zamawiającego monitor umożliwiający zmianę rozmiaru krzywej oddechowej w zakresie od 0 do 1 ze skokiem co 0,1?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 213

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 31

Czy Zamawiający dopuści monitor umożliwiający pośrednią regulację alarmu bezdechu poprzez regulację dolnej granic alarmu częstości oddechu od 4 w górę?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 214

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 32

Czy zamawiający dopuści monitor, który zamiast liczbowego wskaźnika perfuzji prezentuje wskaźnik siły sygnału?

Odpowiedź- Tak, opis zmieniony

Pytanie 215

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 33

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy saturacji 1-100%?

Odpowiedź- Tak, opis zmieniony

Pytanie 216

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 34

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy pulsu min. 30-240 bpm?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 217

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 36

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 218

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 37

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 219

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 39

Czy Zamawiając dopuści prezentację wskaźnika w polu parametru SpO2, znajdującym się obok krzywej pletyzmograficznej?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 220

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 42

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez prezentacji pulsu monitorowanego za pośrednictwem mankietu do NIBP?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 221

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 43

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, dla którego producent nie podaje dokładności pomiaru NIBP, ale określił, że pomiary ciśnienia w mankiecie są równoznaczne z pomiarami metodą wewnątrz tętniczą w zakresie zaleconym przez normę?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 222

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 45

Czy Zamawiający dopuści zakres programowania interwałów w trybie Auto 1-120 minut?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 223

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 46

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 224

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 48

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji, z możliwością weryfikacji historycznych wyników pomiarów NIBP w pamięci trendów?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 225

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 49

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 226

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 50

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy temperatury 10-450C?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 227

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 57

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością akceptowania bieżących stanów alarmowych, czasowego wyciszenia wszystkich alarmów na 2 minuty oraz wyciszenia ich bez limitu czasowego, z możliwością indywidualnego wyłączenia poszczególnych alarmów?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 228

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 58

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością regulacji alarmów monitorowanych parametrów: ustawienia górnych i dolnych granic alarmowych dla większości monitorowanych parametrów i ustawiania pojedynczych granic alarmowych dla niektórych parametrów, jak np. liczba PVC, SVC, itp., w którym poszczególne granice alarmowe regulowane są w menu konfiguracji odpowiednich parametrów, a dodatkowo istnieje możliwość automatycznego dostosowania granic dla wszystkich parametrów z poziomu jednego menu?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 229

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 61

Czy Zamawiający dopuści monitor bez wbudowanego systemu zarządzania danymi pacjenta umożliwiającego zapis oraz eksport danych min. 15 monitorowanych pacjentów?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 230

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 62

Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością wprowadzania danych pacjenta za pomocą alfanumerycznej klawiatury ekranowej tam gdzie jest to potrzebne (imię, nazwisko, numer ID), a tam gdzie to wygodniejsze (wzrost, waga, wiek) wprowadzanie tych danych z wykorzystaniem kursorów góra/dół lub z wykorzystaniem pokrętła, bez możliwości wprowadzenia płci i grupy krwi?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 231

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 63

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji, z możliwością wyłączenia wybranych pomiarów, np. impedancyjnego pomiaru oddechu lub pomiaru CO₂?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 232

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 64 i 65

Czy Zamawiający dopuści monitor bez tej funkcji?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 233

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 70

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w 2 widoki: standardowy z układem krzywych dynamicznych wraz z odpowiadającymi im parametrami liczbowymi i dodatkowymi parametrami u dołu ekranu, a także widok dużych znaków, z możliwością wyświetlania trendów z ostatnich 20 min, 1 godz., 2 godz., 4 godz., 6 godz., 8 godz. i więcej oraz OxyCRG w dodatkowych zakładkach ekranowych, bez funkcji podglądu danych z innych łóżek, bez trybu listy, widoku 7-EKG oraz 7-EKG i dodatkowych krzywych?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 234

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 71
Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 235

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 72
Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 236

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 73
Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w programowany tryb nocny bez możliwości regulacji głośności przycisków (naciśnięcie przycisków zawsze jest bezgłośnie), za to z możliwością regulacji głośności dźwiękowego sygnału zakończenia pomiaru NIBP?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 237

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 77
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, który po rozbudowie o dedykowane oprogramowanie serwerowe umożliwi zwalidowanym użytkownikom podgląd danych z kardiomonitorów na ekranie komputerów podłączonych do sieci szpitalnej?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 238

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 78
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w porty USB służące do podłączania eksportu logów serwisowych i przenoszenia konfiguracji pomiędzy stanowiskami?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 239

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 82
Czy spełni wymogi Zamawiającego kardiomonitor wyposażony w ramę na zaawansowane moduły rozszerzeń, umożliwiającą podłączenie m.in. modułu do pomiaru CO2?

Odpowiedź – zgodnie z SIWZ

Pytanie 240

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 83
Czy spełni wymogi Zamawiającego monitor z możliwością wydruku danych na drukarce A4 za pośrednictwem centrali, z możliwością rozbudowy o rejestrator termiczny umożliwiający bezpośredni wydruk danych z monitora?

Odpowiedź – zgodnie z SIWZ

Pytanie 241

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 85
Czy Zamawiający dopuści inwazyjny pomiar ciśnienia w zakresie -40 do 320 mmHg?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 242

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 85

Czy Zamawiający dopuści etykiety: Art ;ABP ;PA ;CVP ;LAP ;RAP ;ICP ;RVP ;UAC ;UVC ; IBP1, IBP2, IBP4 (nieokreślone etykiety kanałów) bez możliwości programowania zakresów pomiarowych?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 243

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 85

Czy Zamawiający dopuści brak pomiaru PPV i SPV?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 244

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 86

Czy Zamawiający dopuści pomiar w strumieniu bocznym, zakres 0-150 mmHg, rozdzielczość 0,1% lub 1 mmHg; zakres pomiarowy częstości oddechów 4-80 odd/min, możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 245

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 86

Czy Zamawiający dopuści pomiar w strumieniu bocznym, zakres 0-113 mmHg, rozdzielczość 0,1% lub 1 mmHg; zakres pomiarowy częstości oddechów 4-100 odd/min, możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych?

Odpowiedź- Tak

Pytanie 246

Dotyczy zadania 23 - Kardiomonitor z kapnometrią Pkt 88

Czy Zamawiający dopuści mankiety w rozmiarach :

Dla dorosłych -mały – 17-25 cm

Dla dorosłych – 23-33 cm

Dla dorosłych duży – 31-40 cm?

Odpowiedź- Tak, opis zmieniony

Elżbieta Czeszewska

.....
Dyrektor
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie