



Certyfikat Jakości
ISO 9001-2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Nr KRS 000006439 SR w Koszalinie IX Wyzd. KRS

Regon 330904973

NIP 669-21-91-946

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Koszalin, dnia 16.10.2020 r.

M-2373-20-22/2020

Do Oferentów

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2”.

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-20/2020 wpłynęły poniższe zapytania:

Pytanie 287

Dotyczy zadania nr 23 – Kardiomonitor z Kapnometrią. Pkt. 49.

Czy nie doszło do pomyłki pisarskiej w podanym punkcie po zmianach? Zakres pomiarowy powinien być do min. 45°C a nie 450°C.

Odpowiedź – Tak, omyłka pisarska, opis zmieniony

Pytanie 288

Dotyczy zadania nr 23 – Kardiomonitor z Kapnometrią. Pkt. 81.

Czy nie doszło do pomyłki pisarskiej w podanym punkcie po zmianach ”Monitor przygotowany do pomiaru etCO2 (bez konieczności wysyłki do serwisu) – bez wbudowanego portu etCO2”?

Odpowiedź – Tak, omyłka pisarska, opis zmieniony

Pytanie 289

Dotyczy zadania nr 12 – Kardiomonitor Pkt. 84.

Czy nie doszło do pomyłki pisarskiej w podanym punkcie po zmianach? Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 193 dopuścił pomiar IBP w zakresie –40~+320 mmHg, natomiast wcześniejsza wartość podana w specyfikacji 300 mmHg jest standardową graniczną wartością stosowaną przez większość producentów kardiomonitorów.

Odpowiedź – Tak, omyłka pisarska, opis zmieniony

Pytanie 290

Dotyczy zadania nr 12 i 23 - Kardiomonitor i Kardiomonitor z Kapnometrią. Pkt. 86, pkt. 87.

Czy nie doszło do pomyłki pisarskiej w podanym punkcie po zmianach? Zamawiający w odpowiedzi na pytania dopuścił inne rozmiary mankietów w odniesieniu do pierwotnych zapisów. Czy Zamawiający może potwierdzić wcześniejsze zapisy : Dla dorosłych -mały – 20-26 cm, Dla dorosłych – 25-34 cm, Dla dorosłych duży – 32-43 cm

Odpowiedź – Tak, omyłka pisarska, opis zmieniony

Elżbieta Czeszewska

.....
Dyrektor
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie