



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Nr KRS 000006439 SR w Koszalinie IX Wydz. KRS

Regon 330904973

NIP 669-21-91-946

Certyfikat Jakości
ISO 9001-2015

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Koszalin, dnia 13.10.2020 r.

M-2373-20-4/2020

Do Oferentów

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2”.

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-20/2020 wpłynęły poniższe zapytania:

Pytanie 25

Dotyczy zadania nr 12: Kardiomonitor - Ad. 4.

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze 3,7 kg? Jest to niewielka różnica względem wymaganej wagi 3,5 kg

Odpowiedź – Tak, opis zmieniony

Pytanie 26

Dotyczy zadania nr 12: Kardiomonitor - Ad. 9.

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie 10 poziomów?

Odpowiedź - Tak, opis zmieniony

Pytanie 27

Dotyczy zadania nr 12: Kardiomonitor - Ad. 10.

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z zapisem trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów z 120 godzin z rozdzielczością 1 minuta oraz zapisem min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin.?

Odpowiedź - Tak, opis zmieniony

Pytanie 28

Dotyczy zadania nr 12: Kardiomonitor - Ad. 11.

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z zapamiętywaniem zdarzeń alarmowych - 100 zdarzeń z zapisem odcinków krzywych z ostatnich 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku, oraz 100 zdarzeń arytmii?

Odpowiedź - Tak, opis zmieniony

Pytanie 29

Dotyczy zadania nr 12: Kardiomonitor - Ad. 31.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z alarmem bezdechu ustawianym w zakresie od 10 do 40 s?

Odpowiedź - Tak, opis zmieniony

Pytanie 30

Dotyczy zadania nr 12: Kardiomonitor

Ad. 39. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez wskaźnika identyfikującego sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji?

Odpowiedź – zgodnie z SIWZ

Pytanie 31

Dotyczy zadania nr 12: Kardiomonitor -Ad. 45.

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem programowania interwałów w trybie Auto 1-480 minut?

Odpowiedź - Tak, opis zmieniony

Pytanie 32

Dotyczy zadania nr 12: Kardiomonitor -Ad. 48.

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z pamięcią ostatnich 1000 wyników pomiarów NIBP?

Odpowiedź - Tak, opis zmieniony

Pytanie 33

Dotyczy zadania nr 12: Kardiomonitor -Ad. 49.

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji monitorowania dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego?

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ

Pytanie 34

Dotyczy zadania nr 12: Kardiomonitor - Ad. 62.

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości wprowadzenia grupy krwi do danych demograficznych pacjenta?

Odpowiedź - Tak, opis zmieniony

Pytanie 35

Dotyczy zadania nr 12: Kardiomonitor - Ad. 74

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w tryb czuwania mający na celu ograniczenie energii.

Odpowiedź - Tak

Pytanie 36

Dotyczy zadania nr 12: Kardiomonitor- Ad. 79.

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z aktualizacją oprogramowania poprzez złącze RJ-45?

Odpowiedź - Tak, opis zmieniony

Pytanie 37

Dotyczy zadania nr 12: Kardiomonitor - Ad. 82.

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez wbudowanego portu do pomiaru etCO₂, natomiast z możliwością rozbudowy o pomiar etCO₂?

Odpowiedź – zgodnie z SIWZ

Pytanie 38

Dotyczy zadania nr 12: Kardiomonitor - Ad. 85.

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z inwazyjnym pomiarem ciśnienia bez pomiaru wartości SPV?

Odpowiedź - Tak, opis zmieniony

Pytanie 39

Dotyczy zadania nr 23: Kardiomonitor z Kapnometrią - Ad. 4.

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze 3,7 kg?

Odpowiedź - Tak, opis zmieniony

Pytanie 40

Dotyczy zadania nr 23: Kardiomonitor z Kapnometrią - Ad. 9.

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie 10 poziomów?

Odpowiedź - Tak, opis zmieniony

Pytanie 41

Dotyczy zadania nr 23: Kardiomonitor z Kapnometrią - Ad. 10.

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z zapisem trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów z 120 godzin z rozdzielczością 1 minuta oraz zapisem min. 1 krzywe full disclosure z ostatnich 48 godzin.?

Odpowiedź - Tak, opis zmieniony

Pytanie 42

Dotyczy zadania nr 23: Kardiomonitor z Kapnometrią - Ad. 11.

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z zapamiętywaniem zdarzeń alarmowych - 100 zdarzeń z zapisem odcinków krzywych z ostatnich 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku, oraz 100 zdarzeń arytmii?

Odpowiedź - Tak, opis zmieniony

Pytanie 43

Dotyczy zadania nr 23: Kardiomonitor z Kapnometrią - Ad. 31.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z alarmem bezdechu ustawianym w zakresie od 10 do 40 s?

Odpowiedź - Tak, opis zmieniony

Pytanie 44

Dotyczy zadania nr 23: Kardiomonitor z Kapnometrią - Ad. 39.

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez wskaźnika identyfikującego sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji?

Odpowiedź – zgodnie z SIWZ

Pytanie 45

Dotyczy zadania nr 23: Kardiomonitor z Kapnometrią - Ad. 45.

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem programowania interwałów w trybie Auto 1-480 minut?

Odpowiedź - Tak, opis zmieniony

Pytanie 46

Dotyczy zadania nr 23: Kardiomonitor z Kapnometrią - Ad. 48.

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z pamięcią ostatnich 1000 wyników pomiarów NIBP?

Odpowiedź - Tak, opis zmieniony

Pytanie 47

Dotyczy zadania nr 23: Kardiomonitor z Kapnometrią - Ad. 49.

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji monitorowania dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego?

Odpowiedź – zgodnie z SIWZ

Pytanie 48

Dotyczy zadania nr 23: Kardiomonitor z Kapnometrią - Ad. 62.

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości wprowadzenia grupy krwi do danych demograficznych pacjenta?

Odpowiedź - Tak, opis zmieniony

Pytanie 49

Dotyczy zadania nr 23: Kardiomonitor z Kapnometrią - Ad. 74

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w tryb czuwania mający na celu ograniczenie energii ?

Odpowiedź - Tak

Pytanie 50

Dotyczy zadania nr 23: Kardiomonitor z Kapnometrią - Ad. 79.

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z aktualizacją oprogramowania poprzez złącze RJ-45?

Odpowiedź - Tak, opis zmieniony

Pytanie 51

Dotyczy zadania nr 23: Kardiomonitor z Kapnometrią - Ad. 82.

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez wbudowanego portu do pomiaru etCO2?

Odpowiedź - Tak, opis zmieniony

Pytanie 52

Dotyczy zadania nr 23: Kardiomonitor z Kapnometrią - Ad. 85.

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z inwazyjnym pomiarem ciśnienia bez pomiaru wartości SPV?

Odpowiedź - Tak, opis zmieniony

Elżbieta Czeszewska

.....
Dyrektor
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie