



Certyfikat Jakości
ISO 9001-2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Nr KRS 000006439 SR w Koszalinie IX Wydz. KRS

Regon 330904973

NIP 669-21-91-946

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Koszalin, dnia 13.10.2020 r.

M-2373-20-5/2020

Do Oferentów

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2”.

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-20/2020 wpłynęły poniższe zapytania:

Pytanie 53

Dotyczy zadania 15 – Pompa strzykawkowa - Punkt 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyświetlacza o wymiarach 70 mm x 35 mm?

Odpowiedź - Tak, opis zmieniony

Pytanie 54

Dotyczy zadania 15 – Pompa strzykawkowa - Punkt 7

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z klawiaturą symboliczną?

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ

Pytanie 55

Dotyczy zadania 15 – Pompa strzykawkowa - Punkt 11

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z wyborem 100 typów strzykawkę wpisanych do pompy ?

Odpowiedź - Tak

Pytanie 56

Dotyczy zadania 15 – Pompa strzykawkowa - Punkt 16

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z dokładnością regulacji szybkości przepływu $\pm 1\%$ w mechanizmie : $\pm 2\%$ w strzykawkach?

Odpowiedź - Tak

Pytanie 57

Dotyczy zadania 15 – Pompa strzykawkowa - Punkt 20

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z akumulatorem z czasem pracy pow 11h przy przepływie 5 mm/h?

Odpowiedź - Tak, opis zmieniony

Pytanie 58

Dotyczy zadania 15 – Pompa strzykawkowa - Punkt 21

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z trybami infuzji Objętość/czas i lub Dawka/czas, Limit objętości

Odpowiedź - Objętość/czas i Dawka/czas

Elżbieta Czeszewska

.....
Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie

