



Certyfikat Jakości
ISO 9001-2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Nr KRS 000006439 SR w Koszalinie IX Wyzd. KRS

Regon 330904973

NIP 669-21-91-946

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Koszalin, dnia 24.11.2020 r.

M-2373-23-1/2020

Do Oferentów

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2”.

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-23/2020 wpłynęły poniższe zapytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy Zadania Nr 4 – Aparat EKG:

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG, który posiada następujące wymiary : 435 x 335 x 98 mm? Jeżeli nie, to jakimi parametrami techniczno-eksploatacyjnymi kierował się Zamawiający ustanawiając takie wymaganie wg specyfikacji ?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 2

Dotyczy Zadania Nr 4 – Aparat EKG

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG , który posiada następujące Filtry zakłóceń pochodzenia mięśniowego: 20/25/30/35/40 i 45 Hz, Filtry sieciowe 50/60Hz. Filtry antydyfuzyjne: 0.05, 0.15, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67 i dolnoprzepustowe 75 Hz, 100 Hz, 150 Hz i CMMR > 98 dB ? Jeżeli nie , to jakimi parametrami techniczno-eksploatacyjnymi kierował się Zamawiający ustanawiając takie wymagania wg specyfikacji ?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 3

Dotyczy Zadania Nr 4 – Aparat EKG

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG, który posiada wzmocnienie EKG 2,5 , 5 , 10 i 20 mm/mV? Jeżeli nie, to jakimi parametrami techniczno-eksploatacyjnymi kierował się Zamawiający ustanawiając takie wymaganie wg specyfikacji ?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 4

Dotyczy Zadania Nr 4 – Aparat EKG

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG, który posiada obsługę przy pomocy klawiatury alfanumerycznej i przycisków funkcyjnych? Jeżeli nie, to jakimi parametrami techniczno-eksploatacyjnymi kierował się Zamawiający ustanawiając takie wymaganie wg specyfikacji ?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 5

Dotyczy Zadania Nr 4 – Aparat EKG

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG, w którym można stosować papier w postaci rolki : 210 x 30 i składanki 210 x 295 100P? Jeżeli nie, to jakimi parametrami techniczno-eksploatacyjnymi kierował się Zamawiający ustanawiając takie wymaganie wg specyfikacji ?

Odpowiedź - Zgodnie z SIWZ

Elżbieta Czeszewska

.....

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie