



Certyfikat Jakości
ISO 9001-2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Nr KRS 000006439 SR w Koszalinie IX Wydz. KRS

Regon 330904973

NIP 669-21-91-946

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Koszalin, dnia 24.11.2020 r.

M-2373-23-3/2020

Do Oferentów

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2”.

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-23/2020 wpłynęły poniższe zapytania:

Pytanie nr 9

Dotyczy Zadania Nr 8 – Pompa strzykawkowa- dot. pkt 7:

Czy zamawiający dopuści pompę strzykawkową z klawiaturą symboliczną (nawigacyjną) – szybkie i proste poruszanie się po menu?

Odpowiedź - zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10

Dotyczy Zadania Nr 8 – Pompa strzykawkowa- dot. pkt 16:

Czy zamawiający dopuści pompę strzykawkową z precyzyjniejszą dokładnością mechaniczną tj. +/- 0,5%?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 11

Dotyczy Zadania Nr 8 – Pompa strzykawkowa- dot. pkt 18:

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować czy rzeczywiście wymaga alarmu niewłaściwej instalacji zacisku z uchwytem? Takie uchwyty montowane są fizycznie, zewnętrznie i nie posiadają elektroniki. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści pompy z alarmami: pusta strzykawka, koniec infuzji, akumulator o zbyt niskim napięciu, przerwa w zasileniu?

Odpowiedź - zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12

Dotyczy Zadania Nr 8 – Pompa strzykawkowa- dot. pkt 22:

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować jakich jednostek infuzji oczekuje poprzez stwierdzenie programowania infuzji we „wszystkich jednostkach”? Czy Zamawiający oczekuje podstawowych jednostek infuzji takich jak: ml, ng, µg, mg na min, godz oraz 24h?

Odpowiedź - Tak

Pytanie nr 13

Dotyczy Zadania Nr 4 – Aparat EKG- dot. pkt 13:

Czy Zamawiający dopuści wybór 2 rozmiarów składanego papieru termoczułego: 210 mm X 140 mm lub 210 mm X 150 mm? Rozmiar 210mm x 295 mm jest dostępny przy wyborze drukarki zewnętrznej A4.

Odpowiedź - zgodnie z SIWZ

Elżbieta Czeszewska

.....

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie