



Certyfikat Jakości
ISO 9001-2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Nr KRS 000006439 SR w Koszalinie IX Wydz. KRS

Regon 330904973

NIP 669-21-91-946

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Koszalin, dnia 24.11.2020 r.

M-2373-23-5/2020

Do Oferentów

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2”.

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-23/2020 wpłynęły poniższe zapytania:

Pytanie nr 17

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 4:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze 4 kg bez baterii?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 18

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 10:

Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta z trendami tabelarycznymi i graficznymi mierzonych parametrów – 168 godzin z rozdzielczością 1 min dla skali czasu do 2 godzin oraz odpowiednio mniejszą dla większej skali czasu w celu zapewnienia łatwego odczytu, wyposażony w pamięć 36 godzin Full Disclosure dla: wszystkich krzywych EKG, SpO2, Oddechu i 2x IBP?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 19

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 11:

Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w pamięć 200 zdarzeń alarmowych zawierających wartość parametru, który wywołał alarm oraz odcinki 3 krzywych dynamicznych trwające ok. 14 sekund?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 20

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 14:

Czy Zamawiający dopuści zakres HR 30-300 bpm?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 21

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 18:

Czy Zamawiający dopuści prędkości kreślenia 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 22

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 21:

Czy Zamawiający dopuści realizację tego wymogu przez możliwość regulacji rozmiaru krzywej EKG w zakresie: x0,5, x1, x2 i x4?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 23

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 22:

Czy Zamawiający dopuści analizę odcinka ST w zakresie +/- 0,9 mV i jednoczesną prezentację odchylenia w 4 odprowadzeniach?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 24

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 23:

Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogu punktu 23 monitor wyposażony w filtr krzywych EKG o trybach pracy: Monitorowanie, Pośredni, Diagnostyczny i ST?

Odpowiedź - Tak

Pytanie nr 25

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 26:

Czy Zamawiający dopuści pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie 4-120 odd./min.

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 26

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 28:

Czy Zamawiający dopuści monitor bez tej funkcji?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 27

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 30:

Czy spełni wymogi Zamawiającego monitor umożliwiający zmianę rozmiaru krzywej oddechowej w zakresie od 0 do 1 ze skokiem co 0,1?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 28

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 31:

Czy Zamawiający dopuści monitor umożliwiający pośrednią regulację alarmu bezdechu poprzez regulację dolnej granic alarmu częstości oddechu od 4 w górę?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 29

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 32:

Czy zamawiający dopuści monitor, który zamiast liczbowego wskaźnika perfuzji prezentuje wskaźnik siły sygnału?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 30

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 34:

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy pulsu min. 30-240 bpm?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 31

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 36:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 32

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 37:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 33

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 39:

Czy Zamawiający dopuści prezentację wskaźnika w polu parametru SpO2, znajdującym się obok krzywej pletyzmograficznej?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 34

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 42:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez prezentacji pulsu monitorowanego za pośrednictwem mankietu do NIBP? Pomiar częstości akcji serca dostępny jest za pośrednictwem elektrod EKG, czujnika saturacji i bezpośredniego – krwawego pomiaru ciśnienia.

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 35

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 43:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, dla którego producent nie podaje dokładności pomiaru NIBP, ale określił, że pomiary ciśnienia w mankencie są równoznaczne z pomiarami metodą wewnątrztniczą w zakresie zaleconym przez normę?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 36

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 45:

Czy Zamawiający dopuści zakres programowania interwałów w trybie Auto 1-120 minut?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 37

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 47:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji, z możliwością weryfikacji historycznych wyników pomiarów NIBP w pamięci trendów?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 38

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 48:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 39

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 49:

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy temperatury 10-45°C?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 40

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 56:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością akceptowania bieżących stanów alarmowych, czasowego wyciszania wszystkich alarmów na 2 minuty oraz wyciszania ich bez limitu czasowego, z możliwością indywidualnego wyłączenia poszczególnych alarmów?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 41

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 57:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością regulacji alarmów monitorowanych parametrów: ustawienia górnych i dolnych granic alarmowych dla większości monitorowanych parametrów i ustawiania pojedynczych granic alarmowych dla niektórych parametrów, jak np. liczba PVC, SVC, itp., w którym poszczególne granice alarmowe regulowane są w menu konfiguracji odpowiednich parametrów, a dodatkowo istnieje możliwość automatycznego dostosowania granic dla wszystkich parametrów z poziomu jednego menu?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 42

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 60:

Czy Zamawiający dopuści monitor bez wbudowanego systemu zarządzania danymi pacjenta umożliwiającego zapis oraz eksport danych min. 15 monitorowanych pacjentów?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 43

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 61:

Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością wprowadzania danych pacjenta za pomocą alfanumerycznej klawiatury ekranowej tam gdzie jest to potrzebne (imię, nazwisko, numer ID), a tam gdzie to wygodniejsze (wzrost, waga, wiek) wprowadzanie tych danych z wykorzystaniem kursorów góra/dół lub z wykorzystaniem pokrętła, bez możliwości wprowadzenia płci i grupy krwi?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 44

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 62:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji, z możliwością wyłączania wybranych pomiarów, np. impedancyjnego pomiaru oddechu lub pomiaru CO₂?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 45

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 63 i 64:

Czy Zamawiający dopuści monitor bez tej funkcji?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 46

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 69:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w 2 widoki: standardowy z układem krzywych dynamicznych wraz z odpowiadającymi im parametrami liczbowymi i dodatkowymi parametrami u dołu ekranu, a także widok dużych znaków, z możliwością wyświetlania trendów z ostatnich 20 min, 1 godz., 2 godz., 4 godz., 6 godz., 8 godz. i więcej oraz OxyCRG w dodatkowych zakładkach ekranowych, bez funkcji podglądu danych z innych łóżek, bez trybu listy, widoku 7-EKG oraz 7-EKG i dodatkowych krzywych?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 47

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 70:

Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 48

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 71:

Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 49

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 72:

Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w programowany tryb nocny bez możliwości regulacji głośności przycisków (naciśnięcie przycisków zawsze jest bezgłośnie), za to z możliwością regulacji głośności dźwiękowego sygnału zakończenia pomiaru NIBP?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 50

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 76:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, który po rozbudowie o dedykowane oprogramowanie serwerowe umożliwi zwalidowanym użytkownikom podgląd danych z kardiomonitorów na ekranie komputerów podłączonych do sieci szpitalnej?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 51

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 77:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w porty USB służące do podłączania eksportu logów serwisowych i przenoszenia konfiguracji pomiędzy stanowiskami?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 52

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 81:

Czy spełni wymogi Zamawiającego kardiomonitor wyposażony w ramę na zaawansowane moduły rozszerzeń, umożliwiającą podłączenie m.in. modułu do pomiaru CO2?

Odpowiedź - zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 53

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 82:

Czy spełni wymogi Zamawiającego monitor z możliwością wydruku danych na drukarce A4 za pośrednictwem centrali, z możliwością rozbudowy o rejestrator termiczny umożliwiający bezpośredni wydruk danych z monitora?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 54

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 84:

Czy Zamawiający dopuści etykiety: Art ;ABP ;PA ;CVP ;LAP ;RAP ;ICP ;RVP ;UAC ;UVC ; IBP1, IBP2, IBP4 (nieokreślone etykiety kanałów) bez możliwości programowania zakresów pomiarowych?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 55

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor - dot. pkt 84:

Czy Zamawiający dopuści brak pomiaru PPV?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 56

Dotyczy Zadania Nr 12 – **Kardiomonitor z kapnometrią** - dot. pkt 4:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze 4 kg bez baterii?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 57

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 10:

Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta z trendami tabelarycznymi i graficznymi mierzonych parametrów – 168 godzin z rozdzielczością 1 min dla skali czasu do 2 godzin oraz odpowiednio mniejszą dla większej skali czasu w celu zapewnienia łatwego odczytu, wyposażony w pamięć 36 godzin Full Disclosure dla: wszystkich krzywych EKG, SpO₂, Oddechu i 2x IBP?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 58

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 11:

Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w pamięć 200 zdarzeń alarmowych zawierających wartość parametru, który wywołał alarm oraz odcinki 3 krzywych dynamicznych trwające ok. 14 sekund?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 59

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 14:

Czy Zamawiający dopuści zakres HR 30-300 bpm?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 60

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 18:

Czy Zamawiający dopuści prędkości kreślenia 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 61

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 21:

Czy Zamawiający dopuści realizację tego wymogu przez możliwość regulacji rozmiaru krzywej EKG w zakresie: x0,5, x1, x2 i x4?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 62

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 22:

Czy Zamawiający dopuści analizę odcinka ST w zakresie +/- 0,9 mV i jednoczesną prezentację odchylenia w 4 odprowadzeniach?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 63

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 23:

Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi punktu 24 monitor wyposażony w filtr krzywych EKG o trybach pracy: Monitorowanie, Pośredni, Diagnostyczny i ST?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 64

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 26:

Czy Zamawiający dopuści pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie 4-120 odd./min?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 65

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 28:

Czy Zamawiający dopuści monitor bez tej funkcji?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 66

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 29:

Czy Zamawiający dopuści szybkość przesuwu krzywej oddechowej regulowaną w zakresie: 0,625; 6,25 i 12,5 mm/s?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 67

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 30:

Czy spełni wymogi Zamawiającego monitor umożliwiający zmianę rozmiaru krzywej oddechowej w zakresie od 0 do 1 ze skokiem co 0,1?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 68

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 31:

Czy Zamawiający dopuści monitor umożliwiający pośrednią regulację alarmu bezdechu poprzez regulację dolnej granic alarmu częstości oddechu od 4 w górę?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 69

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 32:

Czy zamawiający dopuści monitor, który zamiast liczbowego wskaźnika perfuzji prezentuje wskaźnik siły sygnału?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 70

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 34:

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy pulsu min. 30-240 bpm?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 71

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 36:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 72

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 37:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 73

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 39:

Czy Zamawiając dopuści prezentację wskaźnika w polu parametru SpO2, znajdującym się obok krzywej pletyzmograficznej?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 74

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 42:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez prezentacji pulsu monitorowanego za pośrednictwem mankietu do NIBP? Pomiar częstości akcji serca dostępny jest za pośrednictwem elektrod EKG, czujnika saturacji i bezpośredniego – krwawego pomiaru ciśnienia.

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 75

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 43:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, dla którego producent nie podaje dokładności pomiaru NIBP, ale określił, że pomiary ciśnienia w mankiecie są równoznaczne z pomiarami metodą wewnątrztnętniczą w zakresie zaleconym przez normę?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 76

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 45:

Czy Zamawiający dopuści zakres programowania interwałów w trybie Auto 1-120 minut?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 77

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 47:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji, z możliwością weryfikacji historycznych wyników pomiarów NIBP w pamięci trendów?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 78

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 48:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź - zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 79

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 56:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością akceptowania bieżących stanów alarmowych, czasowego wyciszania wszystkich alarmów na 2 minuty oraz wyciszania ich bez limitu czasowego, z możliwością indywidualnego wyłączenia poszczególnych alarmów?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 80

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 57:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością regulacji alarmów monitorowanych parametrów: ustawienia górnych i dolnych granic alarmowych dla większości monitorowanych parametrów i ustawiania pojedynczych granic alarmowych dla niektórych parametrów, jak np. liczba PVC, SVC, itp., w którym poszczególne granice alarmowe regulowane są w menu konfiguracji odpowiednich parametrów, a dodatkowo istnieje możliwość automatycznego dostosowania granic dla wszystkich parametrów z poziomu jednego menu?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 81

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 60:

Czy Zamawiający dopuści monitor bez wbudowanego systemu zarządzania danymi pacjenta umożliwiającego zapis oraz eksport danych min. 15 monitorowanych pacjentów?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 82

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 61:

Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością wprowadzania danych pacjenta za pomocą alfanumerycznej klawiatury ekranowej tam gdzie jest to potrzebne (imię, nazwisko, numer ID), a tam gdzie to wygodniejsze (wzrost, waga, wiek) wprowadzanie tych danych z wykorzystaniem kursorów góra/dół lub z wykorzystaniem pokrętła, bez możliwości wprowadzenia płci i grupy krwi?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 83

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 62:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji, z możliwością wyłączania wybranych pomiarów, np. impedancyjnego pomiaru oddechu lub pomiaru CO₂?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 84

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 63 i 64:

Czy Zamawiający dopuści monitor bez tej funkcji?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 85

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 69:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w 2 widoki: standardowy z układem krzywych dynamicznych wraz z odpowiadającymi im parametrami liczbowymi i dodatkowymi parametrami u dołu ekranu, a także widok dużych znaków, z możliwością wyświetlania trendów z ostatnich 20 min, 1 godz., 2 godz., 4 godz., 6 godz., 8 godz. i więcej oraz OxyCRG w dodatkowych zakładkach ekranowych, bez funkcji podglądu danych z innych łóżek, bez trybu listy, widoku 7-EKG oraz 7-EKG i dodatkowych krzywych?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 86

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 70:

Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 87

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 71:

Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 88

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 72:

Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w programowany tryb nocny bez możliwości regulacji głośności przycisków (naciśnięcie przycisków zawsze jest bezgłośnie), za to z możliwością regulacji głośności dźwiękowego sygnału zakończenia pomiaru NIBP?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 89

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 76:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, który po rozbudowie o dedykowane oprogramowanie serwerowe umożliwi zwalidowanym użytkownikom podgląd danych z kardiomonitorów na ekranie komputerów podłączonych do sieci szpitalnej?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 90

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 77:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w porty USB służące do podłączania eksportu logów serwisowych i przenoszenia konfiguracji pomiędzy stanowiskami?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 91

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 81:

Czy spełni wymogi Zamawiającego kardiomonitor wyposażony w ramę na zaawansowane moduły rozszerzeń, umożliwiającą podłączenie m.in. modułu do pomiaru CO₂?

Odpowiedź - zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 92

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 82:

Czy spełni wymogi Zamawiającego monitor z możliwością wydruku danych na drukarce A4 za pośrednictwem centrali, z możliwością rozbudowy o rejestrator termiczny umożliwiający bezpośredni wydruk danych z monitora?

Odpowiedź - zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 93

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 84:

Czy Zamawiający dopuści inwazyjny pomiar ciśnienia w zakresie -40 do 320 mmHg?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 94

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 84:

Czy Zamawiający dopuści etykiety: Art ;ABP ;PA ;CVP ;LAP ;RAP ;ICP ;RVP ;UAC ;UVC ; IBP1, IBP2, IBP4 (nieokreślone etykiety kanałów) bez możliwości programowania zakresów pomiarowych?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 95

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 84:

Czy Zamawiający dopuści brak pomiaru PPV?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 96

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 85:

Czy Zamawiający dopuści pomiar w strumieniu bocznym, zakres 0-150 mmHg, rozdzielczość 0,1% lub 1 mmHg; zakres pomiarowy częstości oddechów 4-80 odd/min, możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 97

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią - dot. pkt 85:

Czy Zamawiający dopuści pomiar w strumieniu bocznym, zakres 0-113 mmHg, rozdzielczość 0,1% lub 1 mmHg; zakres pomiarowy częstości oddechów 4-100 odd/min, możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 98

Dotyczy SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty: - załącznik nr 9 Zgodnie z informacją w dziale VI pkt. 1 ppkt. 2 Zamawiający oczekuje przedstawienia oświadczenia o rocznym obrocie wykonawcy (...) lub informacji z banku lub SKO potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub przedstawienia polisy OC Czy w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi informację z banku lub SKO lub polisę OC, jest również zobowiązany do składania oświadczenia nr 9?

Odpowiedź - W przypadku wymaganych dokumentów nie ma potrzeby składania oświadczenia.

Pytanie nr 99

Dotyczy SIWZ pytania nr 2:

Zgodnie z informacją w dziale VIII pkt. 4 Zamawiający oczekuje potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej na wezwanie.

W dziale VIII pkt. 1 dokumenty te są wymienione jako składane wraz z ofertą. Czy zatem Zamawiający oczekuje dostarczenia w/w dokumentów z ofertą czy na wezwanie?

Odpowiedź - Zamawiający oczekuje dostarczenia w/w dokumentów na wezwanie

Pytanie nr 100

Dotyczy wzoru umowy par. 5 pkt. 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu na:

Okresowe przeglądy techniczne z niezbędnymi testami w cenie dostawy – częstotliwość zgodnie z zaleceniami producenta (wliczając test w ostatnim miesiącu gwarancji). W przypadku określonych urządzeń medycznych producenci zalecają przeglądy rzadziej niż raz w roku.

Odpowiedź - Tak, opis zmieniony

Pytanie nr 101

Dotyczy wzoru umowy § 6

Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18). Proponujemy wprowadzenie zapisu o następującej treści:

„Maksymalny limit kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, wynosi 10% wartości wynagrodzenia brutto umowy.

Odpowiedź - Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 102

Dotyczy wzoru umowy

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do umowy treści klauzuli o sile wyższej (rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja dodania tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej (w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy jednoczesnej

konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzonymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy dodatkowo Paragrafu o treści:

1. *Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.*
2. *Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.*
3. *W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.*

Odpowiedź - zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 103

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – wymóg „wszystkie wymienione materiały zużywalne w okresie gwarancji fabrycznie nowe”

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji? Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź - Tak, zamawiający potwierdza

Elżbieta Czeszewska

.....
Dyrektor
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie