



Certyfikat Jakości
ISO 9001-2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Nr KRS 000006439 SR w Koszalinie IX Wyzd. KRS

Regon 330904973

NIP 669-21-91-946

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Koszalin, dnia 24.11.2020 r.

M-2373-23-6/2020

Do Oferentów

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2”.

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-23/2020 wpłynęły poniższe zapytania:

Pytanie nr 104

Dotyczy Zadania Nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza w punkcie 8 aparat bez funkcji wzmocnienia AGC?

Odpowiedź - zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 105

Dotyczy Zadania Nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza brak zawartego w punkcie 10 Graficznego diagramu prezentującego rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta wraz ze statusem kontaktu elektrod w aparacie EKG ?

Odpowiedź - zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 106

Dotyczy Zadania Nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza brak zawartego w punkcie 13 wyboru 2 rozmiarów składanego papieru termoczułego np.: 210 mm X 140 mm -144P lub 210mm x 295 mm--100P w aparacie EKG?

Odpowiedź - zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 107

Dotyczy Zadania Nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza aparat EKG działającym z jednym wybranym rozmiarem papieru termoczułego?

Odpowiedź - zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 108

Dotyczy Zadania Nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza w punkcie 18 brak możliwości aktualizacji oprogramowania przy pomocy dysku USB aparatu EKG?

Odpowiedź - zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 109

Dotyczy Zadania Nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza w punkcie 18 brak możliwości podłączenia poprzez złącze USB myszki, klawiatury i czytnika kodów kreskowych aparatu EKG?

Odpowiedź - zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 110

Dotyczy Zadania Nr 5

Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności dopuści defibrylator umożliwiający monitorowanie przynajmniej przez do 4 godzin?

Odpowiedź - zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 111

Dotyczy Zadania Nr 5

Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności dopuści defibrylator umożliwiający monitorowanie częstotliwości akcji serca między 30-300 uderzeń na minutę?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 112

Dotyczy Zadania Nr 5

Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności dopuści defibrylator z całkowitą pojemnością ciągłego zapisu EKG przez min. 4 godziny?

Odpowiedź - zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 113

Dotyczy Zadania Nr 5

Czy zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z zasilaniem akumulatorowym NiMH?

Odpowiedź - zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 114

Dotyczy Zadania Nr 6

Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności dopuści defibrylator o pojemności baterii: min 270 wyładowań?

Odpowiedź - zgodnie z SIWZ

Elżbieta Czeszewska

.....

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie