



Certyfikat Jakości
ISO 9001-2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Nr KRS 000006439 SR w Koszalinie IX Wyzd. KRS

Regon 330904973

NIP 669-21-91-946

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Koszalin, dnia 24.11.2020 r.

M-2373-23-7/2020

Do Oferentów

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2”.

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-23/2020 wpłynęły poniższe zapytania:

Pytanie nr 115

Dotyczy Zadania Nr 4 – Aparat EKG – pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony zakres cyfrowych filtrów programowanych przez użytkownika dla prądu zmiennego 50; 60 [Hz], dla linii izoelektrycznej o wartościach 0,05; 0,15; 0,25; 0,32; 0,5; 0,67 [Hz] oraz dolnoprzepustowy (w tym zakłóceń mięśniowych) o wartościach 150; 100; 75; 45; 35; 25 [Hz]? Wszystkie filtry konfigurowane na jednym wspólnym ekranie.

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 116

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor – pkt.34

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w algorytm odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe, z zakresem pomiaru pulsu od 25 do 300 bpm?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 117

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor – pkt.48

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający funkcję analizy NIBP z ostatnich 240h z prezentacją w postaci wartości liczbowych (w formie tabelarycznej) oraz wykresów liniowych zmian tegoż ciśnienia w czasie?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 118

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor – pkt.52

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o wyjście sygnału EKG do synchronizacji z defibrylatorem?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 119

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor – pkt.59

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z ręcznym i automatycznym, na jednym wspólnym ekranie, ustawianiem granic alarmowych na podstawie typu pacjenta?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 120

Dotyczy Zadania Nr 7 – Kardiomonitor – pkt.81

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy, w lokalizacji użytkownika, o moduł pomiaru CO₂ w tym etCO₂, bez potrzeby wysyłki monitora do serwisu?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 121

Dotyczy Zadania Nr 9 – Pulsoksymetr

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr renomowanej amerykańskiej firmy Masimo z technologią Masimo SET, stanowiącą tzw. „złoty standard” w pomiarach pulsoksymetrycznych o wadze 317 gram, wyświetlający krótkie hasła w języku angielskim, z wyświetlaczem LED, zakresem czułości pulsu 25-240 bpm oraz 4-poziomowa regulacja jasności wyświetlacza, gdzie krzywa pletyzmograficzna wyświetlana jest w formie słupka barycznego, zasilany bateriami / akumulatorami wymiennymi, z możliwością zawieszenia dźwięków alarmowych na 120 s, ustawieniem głośności sygnalizacji alarmowej w 2 poziomach, bez portu RS232?

Odpowiedź - Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 122

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią – pkt.34

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w algorytm odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe, z zakresem pomiaru pulsu od 25 do 300 bpm?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 123

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią – pkt.48

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający funkcję analizy NIBP z ostatnich 240h z prezentacją w postaci wartości liczbowych (w formie tabelarycznej) oraz wykresów liniowych zmian tegoż ciśnienia w czasie?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 124

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią – pkt.52

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o wyjście sygnału EKG do synchronizacji z defibrylatorem?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 125

Dotyczy Zadania Nr 12 – Kardiomonitor z kapnometrią – pkt.59

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z ręcznym i automatycznym, na jednym wspólnym ekranie, ustawianiem granic alarmowych na podstawie typu pacjenta?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Pytanie nr 126

Dotyczy Zadania Nr 1 – Chłodziarka Laboratoryjna

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną, nie będącą wyrobem medycznym ?

Odpowiedź - Tak, jeśli spełnia wymagania techniczne

Pytanie nr 127

Dotyczy Zadania Nr 1 – Chłodziarka Laboratoryjna

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym ?

Odpowiedź - Tak, dopuści

Elżbieta Czeszewska

.....
Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie